



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 26 października 2009r.



AZP 3320/61/ /09

.....



dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

Pytanie dot. zadania 2 poz. 1- 11:

Czy Zamawiający dopuści cewniki o powierzchni satynowej „zmrożonej” ułatwiające wprowadzenie cewników ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza cewniki o powierzchni satynowej „zmrożonej”.

Pytanie dot. zadania 4 poz. 1, 2:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley lateksowy silikonowany nr 8, 10 o pojemności balona od 3 – 5 ml ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza cewnik nr 8, 10 o pojemności balona od 3 – 5 ml.

Pytanie dot. zadania 29 poz. 1:

Prosimy o doprecyzowanie wymiarów osłony foliowej na przewody.

Wyjaśnienie:

Wymiary osłony foliowej na przewody: szerokość 16 cm – 17 cm; długość 200 cm – 210 cm.

Pytanie dot. zadania 42 poz. 1-5:

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycje sterylne ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza w/w pozycje sterylne.

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Pytanie dot. zadania 52 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe nr 2 o dł. 80 mm ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadanie 52 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe nr 3 o dł. 90 mm ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadanie 61 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do godzinowej zbiórki moczu o poj. komory 400 ml z drenem 145 cm ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadanie 13 poz. 2:

1. Czy wymiennik ciepła i wilgoci, tak jak obecnie stosowany, ma być wyposażony w samodomykający się port do odsysania ?
2. Czy wymiennik ciepła i wilgoci, tak jak obecnie stosowany, ma być wyposażony w dwie membrany minimalizujące ryzyko okluzji i zmniejszonej wentylacji w momencie, gdy pacjent odkaszlnie ?
3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 27 mg przy $V_t = 500$ ml ?

Wyjaśnienia:

Ad. pkt. 1, 2: Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Ad. pkt. 3: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadanie 42:

poz. 2

Czy zaoferowany zestaw ma rozbijać cząsteczki leku do wielkości od 1 do 3 mikronów (średnio 2,7 mikrona) co stanowi wielkość najbardziej optymalną do wnikanania do tchawicy i oskrzeli ? Nadmieniamy, że cząsteczki o większym rozmiarze mogą osadzać się wyżej tzn. w okolicach gardła i krtani pacjenta przez co zmniejszać się może skuteczność podawania leku.

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 39 poz. 1, 2:

Czy Zamawiający wymaga aby komora przyrządów była wolna od PCV ?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 39 poz. 1, 2:

Czy Zamawiający wymaga przyrządów o standardowej długości drenu czyli 150 cm ?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 13 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci (sztuczny nos) o skuteczności nawilżania min. 26 mg/H₂O/l ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 13 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści filtry z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania min. 30 mg/1H₂O/VT 250 ml ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 37 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pomp infuzyjnych czarne lub bursztynowe o długości 150 cm ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający określił w SIWZ długość przedłużacza **minimum** 120 cm, więc długość 150 cm spełnia obowiązujący wymóg.

Zastępca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec