



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 27 października 2009 r.



AZP 3320/61/ /09

.....



dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

Pytanie dot. wymaganych dokumentów:

Czy Zamawiający pod charakterystyką techniczno-jakościową miał na myśli katalogi ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż wymagana charakterystyka techniczno-jakościowa może mieć formę katalogu, prospektu lub sporządzonego przez wykonawcę opisu. Warunkiem koniecznym jest by zawierała informacje na temat wymaganych parametrów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia i nazwę handlową wyrobu oraz była podpisana przez wykonawcę.

Pytanie dot. SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności ?

Wyjaśnienie:

Faktura za dostawy wyrobów medycznych winna zawierać informacje zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi faktur VAT.

Pytanie dot. SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Wyjaśnienie:

Wymagane dokumenty zostały określone przez zamawiającego w SIWZ.

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Pytanie dot. SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. zadania 9:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 3 łącznik o średnicy 7 – 14 mm ± 1 mm ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 31:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mieszek do samoczynnego odsysania ran o pojemności 200 ml ? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 13:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 wymiennik ciepła i wilgoci, sztuczny nos o skuteczności nawilżania 26 mg/H₂O/l, biologicznie czysty przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 13:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 filtr przeciw-bakteryjny oddechowy typowo pediatryczny o lepszych parametrach stosowanych tylko przy filtrach dziecięcych z wymiennikiem ciepła i wilgoci 32mgH₂O/VT 250 ml oraz minimalnej objętości oddechowej 75 ml biologicznie czysty przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. pkt. 3 SIWZ (dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta):

Czy Zamawiający pod pojęciem zapisu: „charakterystyka techniczno – jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia...” rozumie dołączenie do oferty katalogu, prospektu itp. ?

Wyjaśnienia:

Jak wyjaśniono powyżej wymagana charakterystyka techniczno-jakościowa może mieć formę katalogu, prospektu lub sporządzonego przez wykonawcę opisu. Warunkiem koniecznym jest by zawierała informacje na temat wymaganych parametrów

technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia i nazwę handlową wyrobu oraz była podpisana przez wykonawcę.

Pytanie dot. zadania 9 poz. 1, 2, 4:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w/w poz. drenu o średnicy wewnętrznej 7 mm.

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dot. paragrafu 8 ust. 2:

Prosimy o zmianę zapisu: w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej brutto, na zapis: w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej netto.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. paragrafu 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w przypadku zmiany wysokości opłat na rzecz Skarbu Państwa, czyli np. zmiany przepisów celno – podatkowych, kursu walut ?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Zastępca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec