



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 01 października 2009 r.



AZP 3320/61/ /09

.....
.....
.....
.....
.....



dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.



Pytanie dot. zadania 1 poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie składania ofert na cewnik Trokar w rozm. 16 F

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga rozmiaru podanego w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 9 poz. 1 - 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie składania ofert na dreny do odsysania pola operacyjnego pakowane w standardowe opakowanie folia - papier ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż wiążący jest opis podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 76 poz. 1 - 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie składania ofert na zestawy do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil Point bez filtra słomkowego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zestawy do znieczuleń bez filtra słomkowego.

Pytanie dot. zadania 13.

Czy Zleceniodawca dopuści w zadaniu 13 produkty czyste biologicznie zamiast sterylne?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga filtrów sterylnych.

Pytanie dot. zadania 79:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 79 w pozycji 3 nóż typu slit o szerokości 2,80 mm ?

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza nóż typu silt o szerokości 2,80 mm.

Pytanie dot. zadania 80:

Uprzejmie prosimy o wyłączenie z zadania nr 80 pozycji 2 i 3 od oddzielnego zadania w celu złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji 2 i 3 do oddzielnego zadania – wiążąca jest treść SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelanie wadium drogą elektroniczną – przez internet i załączenie do ofert wydruku komputerowego dyspozycji przelewu potwierdzonej przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert ?

Wyjaśnienie:

Tak. Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wniesienia wadium w pieniądzu wpłacanego przelewem na rachunek zamawiającego.

Zastępca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec