

.....
/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Filtry antybakteryjne – Zadanie nr 13

Opis przedmiotu zamówienia

zmieniony po powtórzeniu oprotestowanych czynności wskutek uwzględnienia protestu w zadaniach nr 13 i 14

| Lp | Nazwa / nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|----|--|-------------|--------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Filtry przeciw-bakteryjne oddechowe dla dorosłych z wymiennikiem ciepła i wilgoci – z portem bocznym – sterylne – skuteczność nawilżania min.30mg/l H ₂ O /VT 500ml – pakowane pojedynczo – jednorazowego użytku | Szt. | 23 000 | | | | | | |
| 2. | Wymiennik ciepła i wilgoci, sztuczny nos (zamykanym portem do odsysania, portem do tlenu) do rurki tracheotomijnej , – Jednorazowego użytku – Sterylny – Pakowany pojedynczo – skuteczność nawilżania minimum 28 mg/H ₂ O/l | Szt. | 250 | | | | | | |
| 3 | Filtry przeciw-bakteryjne oddechowe dla dzieci a wymiennikiem ciepła i wilgoci | szt. | 300 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|----------|----------|----------|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • z portem bocznym • sterylne • skuteczność nawilżania min.30mg/lH20/VT 500ml • pakowane pojedynczo • minimalna objętość oddechowa 200ml • jednorazowego użytku | | | | | | | | |
| Cena ostateczna | X | X | X | X | X | | | |

Wartość brutto (słownie złotych) -.....

.....
 /Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

.....