



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 6 listopada 2009 r.

AZP 3320/ 63/ /2009

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

**Pytanie:**

Czy w Zadaniu 1 Zamawiający pod opisem cewnik diagnostyczny MPA rozumie cewnik o krzywiźnie Multipurpose? Jeżeli tak, to czy Zamawiający dopuści cewnik o średnicy wewnętrznej 0,052” dla 6 Fr, ale w rozmiarach 4, 5, 6 Fr?

**Wyjaśnienie:**

Tak. Dopuszczamy cewnik o średnicy wewnętrznej 0,052” dla 6 Fr, w rozmiarach 4, 5, 6 Fr.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 7 zestaw o średnicy 4, 5, 6 Fr i długości 7 lub 10 cm, zawierający igłę do nakłucia tętnicy promieniowej?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

Z-ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa  
lek. med. Marek Lipiec



KOMITET  
UPOWSZECZNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ

tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000