



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

Zamość, dnia 06 lutego 2009 r.

AZP 3320/7/ /09

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu zużywalnego dla Potrzeb Pracowni Elektrofizjologii Oddziału Kardiologii. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

**Pytanie dot. Zadania 1**

Czy cewniki diagnostyczne mają być o stałej czy zmiennej krzywiznie?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, że cewniki diagnostyczne mają być o stałej krzywiznie.

**Pytanie dot. Zadania 1**

Czy dopuszczone zostaną cewniki diagnostyczne wyłącznie 6 F?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na cewniki diagnostyczne wyłącznie 6F.

**Pytanie dot. Zadania 4**

Czy istnieje możliwość złożenia ofert w tym zadaniu tylko na cewnik wraz z dilatatorem i przewodnikiem bez igły?

**Wyjaśnienie:**

Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie i jest wiążący dla stron.

Jednocześnie informujemy, że ulega zmianie termin składania ofert, otwarcia ofert i wnoszenia wadium. Obowiązujące terminy to:

Termin składania ofert – 11 lutego 2009r godz. 11:00

Termin wnoszenia wadium – 11 lutego 2009r do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert - 11 lutego 2009r godz: 12:00

lek. med. Andrzej Mielcarek  
Dyrektor