



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 18 listopada 2009 r.



AZP 3320/70/ /2009

.....
.....
.....
.....
.....



dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych dla Oddziału Okulistyki. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:

Pytanie:

Zadanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści soczewki o zakresie mocy od 0,0D do 9,0D co 1,0D oraz od 10,0D do 30,0D co 0,5D ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie:

Zadanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści soczewki sferyczne ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelanie wadium drogą elektroniczną – przez internet i załączenie do oferty wydruku komputerowego dyspozycji przelewu potwierdzonej przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 w pozycji nr 2 soczewki tylnokomorowe o zakresie mocy optycznej - -10,0D do +30,0D (w zakresie +15,0D do +25,0D co 0,5D) ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 1 w pozycji nr 1, aby soczewka posiadała angulację 12,5 ° ?

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 soczewkę o części haptycznej wynoszącej 11,0 mm, o zakresie mocy optycznej - +10,0D do +30,0D (dostępne co 0,5D) fabrycznie załadowaną do injectora jednorazowego ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Mając na uwadze art. 144 ust.1 ustawy Pzp, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do projektu umowy zapisu umożliwiającego zmianę umowy w następującym zakresie: „Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: a) zmiany cen brutto po zmianie stawki VAT;”

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy załączonego do SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji soczewki o zakresie mocy optycznej = +5,0D do +30,0D, przy zachowaniu pozostałych parametrów soczewki ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie poz. 2 z zadania 1 lub umożliwi składanie ofert na poszczególne pozycje w ramach zadania 1 ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji soczewki o zakresie mocy optycznej = +6,0D do +30,0D, przy zachowaniu pozostałych parametrów soczewki ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 6 ust. 2 wg poniższej propozycji: „Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.”

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy załączonego do SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy – utworzenie banku soczewek:

W związku z koniecznością utworzenia banku soczewek przez Wykonawcę realizującego dostawę soczewek w niniejszym postępowaniu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie dodatkowych zapisów regulujących zasady realizowania depozytu.

1. Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest:
2. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt soczewek.
3. Specyfikacja powierzonych soczewek może ulec zmianie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.
4. Uzupełnienie depozytu będzie następowało na podstawie zamówień Zamawiającego w formie raportu zużytych soczewek, przesyłanych nie rzadziej, niż raz w miesiącu.
5. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania soczewek we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

6. W przypadku stwierdzenia, że soczewki przechowywane są nieprawidłowo, Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
7. W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone soczewki począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
8. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na rok przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany.
9. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.
10. Wykonawca ma prawo kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.
11. Dwa razy w roku kalendarzowym, w czerwcu oraz w grudniu Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.
12. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.
13. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt. 13 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.

Prosimy o przeanalizowanie przez Zamawiającego i wskazanie ilości soczewek w odpowiednich dioptrachach, z uwzględnieniem faktycznego zapotrzebowania oddziału okulistycznego, w poszczególnych rodzajach soczewek oraz dodanie dodatkowych zapisów regulujących zasady realizowania depozytu:

Moc soczewki	Zadanie nr Pozycja nr Ilość sztuk	Zadanie nr Pozycja nr Ilość sztuk	Zadanie nr Pozycja nr Ilość sztuk
5	-----	-----	
6	-----	-----	
7	-----	-----	
8	-----	-----	
9	-----	-----	
10			
11			
12			
13			

Wyjaśnienia:

Zamawiający wprowadza zmiany do treści wzoru umowy w zakresie dotyczącym „banku soczewek”. Po zmianie § 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„1. W ramach „Banku” Sprzedający powierzy nieodpłatnie Kupującemu ponosząc ryzyko transportu, soczewki wewnątrzgalkowe w ilości i asortymencie podanym poniżej:

Moc soczewki w dioptriach	Zadanie nr 1 Pozycja nr 1 Soczewki przednio – komorowe Ilość sztuk	Zadanie nr 1 Pozycja nr 2 Soczewki tylnokomorowe Ilość sztuk	Zadanie nr 2 Pozycja nr 1 Soczewki zwijalne Ilość sztuk	Zadanie nr 3 Pozycja nr 1 Soczewki zwijalne do MICS Ilość sztuk
10			1	
10,5			1	
11			1	
11,5			1	
12			1	
12,5			1	
13			1	
13,5			1	
14			2	
14,5			2	
15		1	2	1
15,5			2	1
16		1	2	1
16,5			2	1
17	1	1	3	1
17,5		1	3	1
18	1	1	4	2
18,5		1	4	2
19	1	2	5	2
19,5		2	5	2
20	1	2	10	3
20,5		2	10	3
21	1	2	12	3
21,5		2	10	3
22		2	12	3
22,5		2	12	3
23		2	10	3
23,5		2	10	3
24		2	10	3
24,5		2	10	2
25		2	7	2
25,5		2	7	2
26		1	7	1
26,5		1	7	1
27		1	4	1
27,5		1	4	
28		1	4	
28,5			4	
29		1	2	
29,5			2	
30			2	

RAZEM	5	40	200	50
--------------	----------	-----------	------------	-----------

2. Przekazanie soczewek do „banku” odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Osobą odpowiedzialną za „bank” jest dr Stanisława Igras.
3. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych do „banku” soczewek.
4. Specyfikacja powierzonych soczewek może ulec zmianie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.
5. Uzupełnienie „banku” będzie następowało na podstawie zamówień Zamawiającego w formie raportu zużytych soczewek, przesyłanych nie rzadziej, niż raz w miesiącu.
6. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania soczewek we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
7. W przypadku stwierdzenia, że soczewki przechowywane są nieprawidłowo, Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
8. W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone soczewki począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
9. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na rok przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany.
10. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.
11. Wykonawca ma prawo kontroli „banku” i warunków, w których są materiały przechowywane.
12. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia „banku” upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.”

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w Paragrafie 5: „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszt dostawy,
- b. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz) jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności ?
- c. istotnej zmiany cen przez producenta ?”

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść § 5 wzoru umowy załączonego do SIWZ.

Pytanie:

Czy zamawiający w ochronie uczciwej konkurencji dopuści również w zad. 1 poz.2 max. Dioptra 30D ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie:

Czy zamawiający w ochronie uczciwej konkurencji dopuści również w zad. 2 poz.1 wielkość części optycznej 5,75 mm ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści soczewkę hydrofilną o części haptycznej od 10,5 mm do 11,00 mm, średnicy części optycznej 6,0 mm i zakresie mocy od 0,0D do 9,0D – krok co 1,0D oraz od 10,0D do 30,0D krok co 0,5D. Pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o części optycznej 5,6 mm do 6,2 mm. Pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie:

Czy w Zadaniu nr 1 poz. 1 Zamawiający dopuści soczewki PMMA przedniokomorowe o dł. całk. 12,75 mm ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie:

Czy w Zadaniu nr 2 Zamawiający wymaga angulacji soczewek zwijalnych 0 stopni ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga by soczewki z zadania nr 2 posiadały po 2 wolne przestrzenie w każdym z haptenów, zapewniające lepszą stabilizację soczewki w torbie ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zafakturowanie soczewek dostarczonych do Zamawiającego w ramach „Banku soczewek” z terminem płatności wydłużonym do końca trwania umowy ?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy załączonego do SIWZ

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek