



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 11 grudnia 2009 r.



AZP 3320/77/ /2009



dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęło pytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych i spawalniczych wraz z dzierżawą butli na dwutlenek węgla i gazy spawalnicze. Poniżej przedstawiamy jego treść i wyjaśnienie:



### Pytanie:

Zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 06 września 2001r. Dz.U. 2001 nr 126 poz.1381 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2008 nr 184 poz.1143) Aneks 6 punkt 1, punkt 6.3 oraz punkt 6.11 jakość gazów medycznych musi spełniać wymagania określone w obowiązującej Farmakopei. Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wymaga aby oferowany tlen medyczny spełniał wymogi Farmakopei Europejskiej (Ph.Eur.0417) ?



### Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający wymaga, aby oferowany tlen medyczny spełniał wymogi Farmakopei Europejskiej (Ph.Eur.0417).

W związku z powyższym **ulega zmianie treść** zamieszczonego na str. 8 SIWZ wykazu dokumentów, informacji i oświadczeń, które musi zawierać oferta. Zmiana polega na dodaniu do istniejących w nim zapisów pkt. 6 o treści: „**6. Specyfikacja produktu – tlen medyczny potwierdzająca spełnienie wymagań monografii Farmakopei Europejskiej**”. Obowiązujący po zmianie wykaz dokumentów, informacji i oświadczeń, które musi zawierać oferta posiada 6 pozycji.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż **ulega zmianie:**

- termin składania ofert i wniesienia wadium, który wyznacza się na **dzień 16 grudnia 2009r. do godz. 12.00,**
- termin otwarcia ofert, który wyznacza się na **dzień 16 grudnia 2009r. godz. 13.00.**

Zastępca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
mgr inż. Bernarda Petryk

tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000