



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 06 listopada 2009 r.

AZP 3320/79/ /09

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę opakowań i testów do sterylizacji, oraz akcesoriów do sterylizatorów. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. Dotyczy Zadania nr 1, pozycji 10 – 17: Czy Zamawiający wymaga w rękawach folii pięciowarstwowej nie wliczając warstwy kleju (klej nie stanowi warstwy strukturalnej folii) ?

Wyjaśnienie: Tak.

2. Dotyczy Zadania nr 1, pozycji 10 – 17: czy w procesie formowania wstępnego systemu bariery sterylnej jest dla Zamawiającego istotny sposób nawinięcia rękawów papierowo – foliowych (folią czy papierem na zewnątrz) ?

Wyjaśnienie: Nie.

3. Dotyczy Zadania nr 5, pozycji nr 1 – 4: Czy Zamawiający dopuści rękawy w rolkach po 100 mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Wyjaśnienie: Tak.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ds. Lecznictwa
Lek. med. Marek Lipiec



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000