

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
W ZAMOŚCIU
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel. (0-84) 677 – 33 – 33
fax (0-84) 638 – 66 – 69

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.
Przetargu nieograniczonego

**na dostawę sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki
obwodowej dla Pracowni Hemodynamicznej Oddziału Kardiologii
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

1. Formularz „Oferta wykonawcy”.
2. Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla wykonawców.
3. Wzór umowy.

Zamość, dnia 15 stycznia 2009r

O F E R T A W Y K O N A W C Y
na dostawę sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki obwodowej dla
Pracowni Hemodynamicznej Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II.

Zadanie

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II
Ul. Aleje Jana Pawła II 10
22 – 400 Zamość

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki obwodowej dla Pracowni Hemodynamicznej Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zaproszeniem w zadaniuza cenę netto (bez podatku VAT)zł.

słownie.....
..... zł.

plus kwota podatku VAT zł.

słownie.....
.....

Cena z podatkiem VAT zł.

słownie
.....zł

zgodnie z przedstawioną ofertą cenową.

1. Oświadczamy, że oferowany termin płatności wynosi dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Wadium w kwocie zostało wniesione w dniu w formie

5. Oświadczamy, że dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami (jeżeli nie należy wskazać podwykonawcę i część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – w takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia) i nie będziemy ich powierzać innej osobie lub jednostce ani też przelewać na nią swych praw i wierzytelności wynikających z umowy.

6. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy lub odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Zamawiający zatrzymuje wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami.

7. Oferta składa się z następujących oświadczeń i informacji oraz są dołączone następujące dokumenty:

.....
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Instrukcja dla wykonawców

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki obwodowej dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**. Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (oferta częściowa). Przedmiot zamówienia został podzielony na 22 zadania. CPV 33.11.17.10-1; 33.11.17.30-7, 33.14.12.00-2.

Zadanie 1 - Koszulki naczyniowe długie z zastawką hemostatyczną i portem bocznym – 150 szt.

Parametry wymagane :

Dilatator w zestawie

Różne kształty końcówek

Długości w zakresie 30-95cm (przynajmniej w dwóch długościach)

Średnica w zakresie 6,7,8, 9 F.

Duża średnica wewnętrzna przy minimalnej grubości ścianki.

Koszulka zbrojona opłotem stalowym.

Dobrze widoczna w RTG .

Kompatybilna z przewodnikiem 0.035"

Parametry oceniane :

Dobra szczelność zastawki hemostatycznej 20% 1-3pkt.

Wysoka odporność na załamania i zagięcia. 50% 1-3pkt.

Łatwość wprowadzania . 30% 1-3 pkt.

Zadanie 2 - Koszulki naczyniowe krótkie z zastawką hemostatyczną i portem bocznym – 150 szt.

Parametry wymagane :

Długości w zakresie 10-25mm

Średnice w wymiarach : 6,7,8, 9,10,11 F.

W zestawie dilatator i przewodnik.

Duża średnica wewnętrzna przy minimalnej grubości ścianki.

Koszulka zbrojona opłotem.

Dobrze widoczna w RTG .

Kompatybilna z przewodnikiem 0.035"

Parametry oceniane :

Dobra szczelność zastawki hemostatycznej 20% 1-3pkt.

Wysoka odporność na załamania i zagięcia. 50% 1-3pkt.

Łatwość wprowadzania . 30% 1-3 pkt.

Zadanie 3 - Cewniki balonowe do angioplastyki obwodowej do odprężeń Rx - 40 szt.

Parametry wymagane:

Kompatybilność z przewodnikiem 0.014"

Zakres średnicy balonu 4mm-7mm

Długość balonu 15-40mm

Długości cewnika 80 ± 10 - 135 ± 15 cm do wyboru.

RBP > 12 atm. (podana atmosferach) przy wszystkich rozmiarach balonów

Dobrze widoczne w rtg znaczniki – markery balonów.

Duża odporność na rozdarcia i zadrapania podczas przechodzenia przez miażdżycowo zmienione tętnice

Parametry oceniane:

Dobra kontrola napełniania balonu oraz szybkie i łatwe opróżnianie balonu. 30% 1-3 pkt.

Dobra zdolność pokonywania zmian. 20%- 1-3pkt.

RBP powyżej 12 atm 50% 1-5pkt

Zadanie 4 - Cewniki balonowe standardowe do angioplastyki obwodowej OTW - 100 szt.

Parametry wymagane :

Kompatybilne z przewodnikiem 0.035"

Długość balonu w zakresie 20-100mm

Średnica balonu w zakresie 4-12mm

Długości cewnika 80 ± 15 – 135 ± 25 cm

RBP ≥ 10 atm. dl średnic 4-10mm

Duża odporność na rozdarcia i zadrapania podczas przechodzenia przez miażdżycowo zmienione tętnice.

Dobrze widoczne w rtg znaczniki – markery balonów.

Parametry oceniane

Dobra kontrola napełniania balonu oraz szybkie i łatwe opróżnianie balonu. 20% 1-3pkt.

Dobra zdolność pokonywania zmian krętych i twardych . 30% 1-3pkt.

RBP powyżej 10 atm (podana w atmosferach) 50% 1-5pkt

Zadanie 5 - Cewniki balonowe do angioplastyki obwodowej o dużej średnicy OTW - 20 szt.

Średnica kanału centralnego 0.035"

Długość balonu w zakresie 20-60mm

Średnica balonu w zakresie 12-18mm

Długości cewnika w zakresie 80 ± 15 – 135 ± 25 cm (przynajmniej 2 długości)

RBP ≥ 6 atm. dla średnicy balonu 14mm

Duża odporność na rozdarcia i zadrapania podczas przechodzenia przez miażdżycowo zmienione tętnice.

Dobrze widoczne w rtg znaczniki – markery balonów.

Parametry oceniane

Dobra kontrola napełniania balonu oraz szybkie i łatwe opróżnianie balonu. 20% 1-3pkt.

Dobra zdolność pokonywania zmian krętych i twardych . 80% 1-3pkt.

Zadanie 6 - Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do angioplastyki obwodowej OTW -100 szt.

Parametry wymagane :

Średnica kanału centralnego 0.035"

Długość balonu w zakresie 20-80mm

Średnica balonu w zakresie 4-12mm

Długości cewnika w zakresie $80 \pm 15 - 135 \pm 15$ cm (przynajmniej 2 długości)

Nominalne ciśnienie ≥ 8 atm dla wszystkich średnic

RBP ≥ 14 atm. dla średnicy balonu do 8 mm

Duża odporność na rozdarcia i zadrapania podczas przechodzenia przez miażdżycowo zmienione tętnice.

Dobrze widoczne w rtg znaczniki – markery balonów.

Parametry oceniane

Wartości RBP (podane w atmosferach) powyżej wymaganych 50% 1-5pkt.

Dobra manewrowalność. 30% 1-3 pkt

Dobra kontrola napełniania balonu oraz szybkie i łatwe opróżnianie balonu. 20% 1-3pkt.

Zadanie 7 - Cewniki balonowe do angioplastyki tętnic podudzia OTW - 50 szt.

Parametry wymagane:

Kompatybilność z przewodnikiem 0,014"i 0,018"

Zakres średnicy przynajmniej 2,0- 4,0 mm.

Długość balonu 20-100mm.

Długości cewnika w zakresie $80 \pm 15 - 135 \pm 25$ cm (przynajmniej 2 długości)

RBP ≥ 12 atm dla wszystkich średnic balonów

Dobrze widoczne w rtg znaczniki – markery balonów.

Hydrofilne pokrycie.

Niski profil końcówki atakującej (musi być podany w milimetrach)

Parametry oceniane:

Wartość profilu końcówki atakującej (w milimetrach). 30% 1-5pkt.

Dobra zdolność pokonywania zmian długich, krętych, twardych . 20% 1-3pkt.

Wartości RBP powyżej wymaganych(musi być podana w atmosferach) 50% 1-5pkt.

Zadanie 8 - Prowadniki hydrofilne do PTA - 250 szt.

- Prowadniki 0.035" długości $160 \pm 30 - 270 \pm 40$ cm
- Prowadniki 0.025" długości $160 \pm 30 - 270 \pm 40$ cm

Parametry wymagane :

Pokrycie hydrofilne na całej długości

Pamięć kształtu końcówki

Końcówki o profilu J i prostym do wyboru

Wybór rodzajów sztywności końcówki.

Parametry oceniane

Odporność końcówki na zniekształcenia . 30% 1-3pkt.

Duża zdolność pokonywania krętych i ciasnych zmian . 70% 1-3pkt.

Zadanie 9 - Prowadniki hydrofilne do PTA do udrożeń 0.018" - 50 szt.

Parametry wymagane :

Pokrycie hydrofilne na całej długości

Pamięć kształtu końcówki

Końcówki o profilu J i prostym do wyboru

Wybór rodzajów sztywności końcówki.

Długość 160±30 - 270±40 cm

Parametry oceniane

Duża odporność końcówki na zniekształcenia.

30% 1-3pkt.

Duża zdolność pokonywania krętych i ciasnych zmian.

70% 1-3pkt.

Zadanie 10 - Prowadniki naczyniowe stalowe typu Amplatz - 50 szt.

Parametry wymagane :

Długości w zakresie 160±30 - 280±40 cm do wyboru

Średnica 0.035"

Różne rodzaje sztywności do wyboru

Różne typy końcówek: proste, J. do wyboru

Parametry oceniane :

Dobra manewrowalność .

50% 1-3 pkt

Odporność końcówki na zniekształcenia .

50% 1-3pkt.

Zadanie 11 - Prowadniki naczyniowe stalowe o b. dużej sztywności (extra suport- typu Lunderquist) - 15 szt.

Parametry wymagane :

Długości w zakresie 160±30 - 280±40 cm do wyboru

Średnica 0.035"

Parametry oceniane

Dobra manewrowalność .

50% 1-3 pkt

Duża sztywność odporność na zniekształcenia .

50% 1-3pkt.

Zadanie 12 - Stenty stalowe do tętnic obwodowych w systemie OTW - 60 szt.

Parametry wymagane:

Wykonany z jednolitego fragmentu o bardzo giętkich przęsłach.

Montowany fabrycznie na balonie

Średnica stentu w zakresie minimum 5-10mm

Długość stentu 20mm -57mm (wybór długości w podanym zakresie)

Średnica kanału centralnego balonu kompatybilna z prowadnikiem 0,035"

Długość systemu wprowadzającego w zakresie $80\pm 15 - 130 \pm 30\text{cm}$
Kompatybilny z koszulką nacz. 6-7 F dla średnicy stentu 7mm
Dobra widoczność stentu w rtg

Parametry oceniane:

Duża zdolność pokonywania krętych zmian.	20% 1-3 pkt
Dobre dopasowanie do krzywizny naczynia	30% 1-3 pkt
Duża siła radialna wyrażona w mm Hg	50% 1-5 pkt

Zadanie 13 - Stenty chromowo-kobaltowe do tętnic nerkowych w systemie RX – 30 szt.

Parametry wymagane:

Wykonany z jednolitego fragmentu o bardzo giętkich przęsłach.
Montowany fabrycznie na balonie.
Średnica stentu w zakresie 4-7mm, co 0,5mm.
Długość stentu 12-18 mm
Średnica kanału centralnego balonu kompatybilna z przewodnikiem 0.014"
Długość systemu wprowadzającego $80\pm 25 - 135\pm 20\text{cm}$
Kompatybilny z zestawem wprowadzającym 6 F dla wszystkich średnic stentu
Dobra widoczność stentu w rtg

Parametry oceniane:

Niski profil	20 % 1-3 pkt.
Dobre dopasowanie do krzywizny naczynia	30% 1-3 pkt.
Duża siła radialna wyrażona w mm Hg	50% 1-5 pkt.

Zadanie 14 - Stenty samorozprężalne do naczyń obwodowych w systemie OTW - 120 szt.

Parametry wymagane:

Samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z nitynu.
Średnica stentu w zakresie przynajmniej 5-10 mm
Długość stentu przynajmniej w zakresie 20-100 mm
Kompatybilny z przewodnikiem 035"
Długość systemu wprowadzającego $85\pm 25 - 135\pm 25\text{cm}$
Kompatybilny z koszulką naczyniową 6 F dla wszystkich średnic.
Możliwie najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji
Dobra widoczność stentu w rtg , markery na końcach
Odporność na łamanie i zginanie potwierdzona w testach -załączyć odpowiednie dokumenty.
Zintegrowany system uwalniania umożliwiający precyzyjną implantację jedną ręką.

Parametry oceniane:

Wysoka zdolność do utrzymywania światła pomimo zgięcia stentu	20% 1-3 pkt.
Średnica powyżej 10mm	50% 1-5 pkt.
Długości powyżej 100mm	30% 1-5 pkt.

Zadanie 15 - Stenty samorozprężalne do PTA w dystalnych odc t. kończyn dolnych w systemie OTW – 50 szt.

Parametry wymagane:

Samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z nitynu.

Średnica stentu w zakresie przynajmniej 3-8 mm

Długość stentu przynajmniej w zakresie 20-60 mm

Kompatybilny z przewodnikiem 0,018"

Długość systemu wprowadzającego 85±25 - 135±25cm

Kompatybilny z koszulką naczyniową 6 F dla wszystkich średnic.

Możliwie najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji

Dobra widoczność stentu w rtg , markery na końcach

Odporność na łamanie i zginanie potwierdzona w testach –załączyć odpowiednie dokumenty.

Zintegrowany system uwalniania umożliwiający precyzyjną implantację jedną ręką.

Parametry oceniane:

Wysoka zdolność do utrzymywania światła pomimo zgięcia stentu 30% 1-3 pkt.

Długość powyżej 60mm 40% 1-5 pkt.

Siła radialna wyrażona w mm Hg. 30% 1-5 pkt.

Zadanie 16 - Stenty samorozprężalne do dużych naczyń obwodowych w systemie OTW - 40 szt.

Parametry wymagane:

Samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z nitynu.

Średnica stentu w zakresie 12-14 mm

Długość stentu przynajmniej w zakresie 30-80 mm

Kompatybilny z przewodnikiem 035"

Długość systemu wprowadzającego 85±25 - 135±25cm

Kompatybilny z koszulką naczyniową 7 F dla wszystkich średnic.

Możliwie najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji

Dobra widoczność stentu w rtg , markery na końcach

Zintegrowany system uwalniania umożliwiający precyzyjną implantację .

Parametry oceniane:

Wysoka zdolność do utrzymywania światła pomimo zgięcia stentu 30% 1-3 pkt.

Budowa wielosegmentowa 50% 1-5 pkt.

Duża siła radialna , wyrażona w mm Hg. 20% 1-5 pkt.

Zadanie 17 - Stenty samorozprężalne do tętnic szyjnych w systemie RX – 30 szt.

Parametry wymagane:

Samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z nitynu.

Budowa łącząca odcinki otwartokomórkowe i zamkniętokomórkowe,

Proste i taperowane do wyboru

Średnica stentu w zakresie 5-10 mm

Długość stentu przynajmniej w zakresie 20-40 mm

Kompatybilny z przewodnikiem 0,014"

Kompatybilny z zestawem wprowadzającym 7 F.
Możliwie najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji
Dobra widoczność stentu w rtg , markery na końcach
System uwalniania umożliwiający precyzyjną implantację.

Parametry oceniane:

Wysoka zdolność do utrzymywania światła pomimo zgięcia stentu 50% 1-3 pkt.
Siła radialna wyrażona w mm Hg 50% 1-5 pkt.

Zadanie 18 - Zestawy do protekcji dystalnej naczyń mózgowych - 30 szt.

Parametry wymagane:

Zestaw umożliwiający niezależne wprowadzenie przewodnika.
Średnice umożliwiające zabezpieczenie naczyń w zakresie 4-7mm
Różne rodzaje sztywności przewodników możliwe do zastosowania zestawie do wyboru
Przewodniki o długościach 190±20 - 300±20
Krótka strefa „parking length”
Końcówka zestawu dobrze widoczna w skopii RTG

Parametry oceniane:

Niski profil 50 % 1-5 pkt.
Dobra manewrowość zestawu 50% 1-3 pkt

Zadanie 19 - Zestawy do protekcji proksymalnej naczyń mózgowych z odwróceniem przepływu (typu MO.MA) – 5 szt.

Parametry wymagane:

Dobra manewrowość
Kompatybilny z koszulką naczyniową 10 F
Kompatybilny z przewodnikiem 035”
Końcówka zestawu dobrze widoczna w skopii RTG

Dobra manewrowość zestawu 50% 1-3 pkt
Duża średnica kanału roboczego wyrażona w mm 50% 1-5pkt

Zadanie 20 - Stent graft do tętnic obwodowych - 5 szt.

Parametry wymagane

Średnice w zakresie 4-12mm.
Długości stentu w zakresie przynajmniej 12-60 mm
Dobre przyleganie do ściany zaopatrywanego naczynia
Możliwość doprężania.

Parametry oceniane:

Niski profil wyrażony w mm 50% 1-5 pkt
Dobra manewrowość zestawu 50% 1-3 pkt

Zadanie 21 - Cewniki diagnostyczne z markerami typu pig-tail – 50 szt.

Parametry wymagane :

Markery co 1cm na odcinku 10-20cm.

Średnica 5F

Wybór długości 65-120

Parametry oceniane :

Dobra sterowalność.

50% 1-3 pkt.

Odporność na załamania.

50% 1-3 pkt.

Zadanie 22 - Cewniki diagnostyczne zbrojone - 150 szt.

Parametry wymagane :

Kształty ,wybór typów: (multipurpose, , prosty , kobra , headhunter, itp.)

Średnica 4F, 5F

Miękka atraumatyczna końcówka widoczna rtg

Wybór długości 85±25-135±20cm

Parametry oceniane :

Odporność na załamania.

50% 1-3 pkt.

Długość pow. 125 cm

50% 1-5 pkt.

Zamawiający informuje, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do utworzenia w siedzibie Zamawiającego „Banku sprzętu medycznego” będącego przedmiotem zamówienia w ilości 20% każdego wymienionego wyżej asortymentu w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy. Sprzęt dostarczony w ramach „Banku” będzie własnością wykonawcy do chwili wykorzystania go przez Zamawiającego, o czym wykonawca niezwłocznie zostanie powiadomiony na piśmie.

Zamawiający informuje, że oferta, która nie będzie zawierała wszystkich wymienionych pozycji w danym zadaniu, zostanie odrzucona jako sprzeczna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilościach określonych poniżej :

Zadanie 1 - Koszulki naczyniowe długie z zastawką hemostatyczną i postem bocznym - **1 szt.**
8F- długość 40-80cm

Zadanie 2 - Koszulki naczyniowe krótkie z zastawką hemostatyczną i portem bocznym - **1 szt.**
10 F długość 10-15cm

Zadanie 3 - Cewniki balonowe do angioplastyki obwodowej do odprężeń Rx - **1 szt.**
średnica -6mm , długość 15mm -20mm, szafa – 80-110cm

Zadanie 4 - Cewniki balonowe standardowe do angioplastyki obwodowej OTW - **2 szt.** średnica 6mm, długość 40mm, szaft – 70-110cm

Zadanie 5 - Cewniki balonowe do angioplastyki obwodowej o dużej średnicy OTW - **1 szt.** długość 40mm , średnica 40, szaft 70-130cm

Zadanie 6 - Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do angioplastyki obwodowej OTW - **1 szt.** długość 60, średnica 5mm , szaft 70-130

Zadanie 7 - Cewniki balonowe do angioplastyki tętnic podudzia OTW - **1 szt.**, średnica 3mm, długość 80mm , szaft 80-135cm

Zadanie 8 - Prowadniki hydrofilne do PTA

- **1 szt.** Prowadniki 0.035" długości 270±40 cm
- **1 szt.** Prowadniki 0.025" długości 270±40 cm

Zadanie 9 - Prowadniki hydrofilne do PTA do udrożeń 0.018" - **1 szt.** długość 160 -300 cm

Zadanie 10 - Prowadniki naczyniowe stalowe typu Amplatz - **1 szt.** długość 160 -300 cm

Zadanie 11 - Prowadniki naczyniowe stalowe o b. dużej sztywności (extra suport- typu Lunderquist) - **1 szt.** długość 160 -300 cm

Zadanie 12 - Stenty stalowe do tętnic obwodowych w systemie OTW - **1 szt.**, średnica 9mm, długość 40mm, szaft 80-135cm

Zadanie 13 - Stenty chromowo-kobaltowe do tętnic nerkowych w systemie RX - **1 szt.**, średnica 6mm, długość 16mm , szaft 75-130cm

Zadanie 14 - Stenty samorozprężalne do naczyń obwodowych w systemie OTW - **1 szt.** średnica 10mm , długość 80mm , szaft 75-120cm

Zadanie 15 - Stenty samorozprężalne do PTA w dystalnych odc. t. kończyn dolnych w systemie OTW - **1 szt.** średnica 5mm , długość 40mm , szaft 75-130cm

Zadanie 16 - Stenty samorozprężalne do dużych naczyń obwodowych w systemie OTW - **1 szt.**, średnica 16mm, długość 20mm, szaft 75-130cm

Zadanie 17 - Stenty samorozprężalne do tętnic szyjnych w systemie RX - **1 szt.** średnica 8mm , długość 30mm

Zadanie 18 - Zestawy do protekcji dystalnej naczyń mózgowych - **1 szt.**, współpracujący z prowadnikiem 190±20

Zadanie 19 - Zestawy do protekcji proksymalnej naczyń mózgowych z odwróceniem przepływu (typu MO.MA) - **Bez próbek**

Zadanie 20 - Stent graft do tętnic obwodowych - **Bez próbek**

Zadanie 21. Cewniki diagnostyczne z markerami typu pig-tail – 1 szt.

Zadanie 22. Cewniki diagnostyczne zbrojone - 2 szt., różne kształty, długości 80-135cm

Określone próbki stanowią integralną część oferty i nie będą podlegały zwrotom. Brak wymaganych próbek spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Próbki zostaną wykorzystane w praktyce (tj. w trakcie badań i zabiegów), do oceny technicznej, jakości.

Ocena techniczna składa się z określenia parametrów wymaganych i parametrów ocenianych. Parametry mogą być mierzalne np. wymiary, ciśnienie itp., lub niemierzalne np.: sprężystość, giętkość itp.

Każdy oceniany parametr posiada swoją istotność wyrażoną w procentach, przy ocenie parametrów mierzalnych najlepszy produkt otrzyma max liczbę punktów, najgorszy 1pkt, a pozostali proporcjonalnie 1-5pkt

Przy ocenie parametrów niemierzalnych ocena będzie trzystopniowa : 3 pkt. - b. dobry, 2 pkt. - dobry i 1 pkt. - dostateczny.

Suma punktów uzyskanych za wszystkie parametry punktowane w danym zadaniu jest ilością punktów wstępnych, o których mowa w opisie kryterium „ocena techniczna jakość o znaczeniu 30%.”

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia **wykazu dostarczonych próbek**. Wykaz powinien zawierać : nazwę i numer zadania, nazwę próbki, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy, określenie producenta, ilość.

Przedmiotowe próbki należy dostarczyć łącznie z ofertą w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia **03 marca 2009r. do godz. 12⁰⁰**.

Dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego zapewnia wykonawca, ponosząc koszty i ryzyko transportu. W razie reklamacji ilościowych bądź jakościowych oferent będzie je uwzględniał na swój koszt w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji.

Termin realizacji zamówienia (wymagany) - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

II. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące warunki:

1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:

- a) Posiadają zobowiązania na poziomie nie wyższym od wartości majątku (aktywów),
- b) Brak zastrzeżeń biegłego rewidenta, co do możliwości kontynuowania działalności w przyszłości - jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta
- c) Posiadają majątek obrotowy na poziomie nie niższym od wartości dostaw przypadających na jeden miesiąc tj. 100 tysięcy złotych w okresie realizacji zamówienia, bądź mają możliwość uzyskania środków finansowych na uzupełnienie tego poziomu.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- a) muszą wykazać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizację 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia - wartość dostaw musi być co najmniej na poziomie odpowiadającym wartości oferowanego przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.
3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia tych warunków będą oświadczenia, dokumenty złożone w ofercie.

Nie spełnienie choćby jednego z podanych warunków podmiotowych spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania stosownie do art. 24 ust. 1 pkt. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

Dokumenty i oświadczenia wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r z późniejszymi zmianami, w związku z art. 44.
2. Dowód wniesienia wadium.

Dokumenty wymagane celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II. 1.

1. Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2007 rok (ostatni rok obrotowy) wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. W przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty, zobowiązania i należności za 2007r a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.
2. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, **wystawiona nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert.**

Dokumenty wymagane celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II. 2.

1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia - wartość dostaw musi być co najmniej na poziomie odpowiadającym wartości oferowanego przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wykaz musi zawierać informacje na temat wartości dostaw, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

oraz załączone dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. **Zamawiający wymaga przedstawienia realizacji 3 dostaw.** Wszystkie wymienione w przedmiotowym wykazie dostawy muszą być potwierdzone dokumentami świadczącymi o ich należyтым wykonaniu.

Dokumenty wymagane celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II. 3.

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, **wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**

3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. (informacja musi dotyczyć wszystkich wymienionych w dokumencie potwierdzającym status prawny wykonawcy członków władz) - **wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, **wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma zastosowanie § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie wzywał wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający będzie wykluczał z przedmiotowego postępowania wykonawców, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 – 10 i ust. 2 pkt. 1 – 4. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą.

Dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:

1. Formularz „oferta wykonawcy” (sporządzony według wzoru strona 2 i 3 SIWZ), przedstawiony dla każdego zadania oddzielnie.
2. Oferta cenowa przygotowana dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia str. 12 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.
3. Charakterystyka techniczno – jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia przygotowana dla każdego zadania oddzielnie z podaniem producenta i kraju pochodzenia oraz jego nazwy handlowej. **Charakterystyka musi zawierać dane na temat parametrów technicznych wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz parametrów ocenianych.**
4. Deklaracja wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej dla oferowanych wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
5. Wykaz dostarczonych próbek. Wykaz powinien zawierać : numer i nazwę zadania, nazwę próbki, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy, określenie producenta, ilość.
6. Oświadczenie o terminie płatności za dostawy - termin płatności musi być określony w dniach. Zamawiający wymaga by termin płatności wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. – treść oświadczenia znajduje się w formularzu „oferta wykonawcy” wystarczy ją uzupełnić o oferowany termin płatności.

I. Terminy i wymagania co do sposobu sporządzania, składania i otwarcia ofert.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub skoroszycie (teczce). Oferta musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych, ewidencji działalności gospodarczej), bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie, w tym parafowane wszystkie strony oferty (wszystkie załączniki i dołączone dokumenty wymagane przez zamawiającego) oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy może być

przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część. Kserokopie wymienionych wcześniej dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Wykonawcy są zobowiązani do zachowania niżej podanego sposobu obliczania ceny (sporządzenia oferty cenowej):

Rodzaj asortymentu (nazwa), nr katalogowy, ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT), łączna cena netto pozycji – bez podatku VAT (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto) łączna cena brutto pozycji – z podatkiem VAT (łączna cena bez podatku VAT powiększona o VAT), producent, kraj pochodzenia. Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT). Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).

Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.

Ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie mogą ulec podwyższeniu.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać w nieprzejrzyistych zaklejonych kopertach w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia. Należy stosować koperty podwójne zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, 22 - 400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 i powinna być oznakowana następująco: „Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki obwodowej dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii, Zadanie nr Nie otwierać przed 03 marca 2009r. godz. 13⁰⁰”, oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy.

Koperta wewnętrzna musi być oznakowana identycznie jak koperta zewnętrzna.

Opakowanie zawierające próbki musi być oznakowane następująco : „PRÓBKII do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki obwodowej dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii. Zadanie

Nr Nie otwierać przed 03 marca 2009r. godz. 13⁰⁰. Opakowanie powinno zawierać dokładną nazwę Wykonawcy.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Termin składania ofert wraz z próbkami upływa dnia 03 marca 2009r. o godz. 12⁰⁰. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 (Kancelaria Szpitala).

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca, który nie wyrazi zgody na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, **w dniu 03 marca 2009r., o godz. 13⁰⁰, sala nr 210.**

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10. Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te będą niezwłocznie odnotowywane w protokole postępowania przetargowego. Koperty oznaczone „Wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; o wykonawcach których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. Warunki przeprowadzenia przetargu w tym kryteria oceny.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **11.940,00 złotych (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych zero groszy)** za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań wynosi:

Zadanie nr 1 -	500,00 zł
Zadanie nr 2 -	70,00 zł
Zadanie nr 3 -	230,00 zł
Zadanie nr 4 -	570,00 zł
Zadanie nr 5 -	110,00 zł
Zadanie nr 6 -	570,00 zł
Zadanie nr 7 -	280,00zł
Zadanie nr 8 -	460,00 zł
Zadanie nr 9 -	100,00 zł
Zadanie nr 10 -	80,00 zł
Zadanie nr 11 -	20,00 zł
Zadanie nr 12 -	1.300,00 zł
Zadanie nr 13 -	530,00 zł
Zadanie nr 14 -	2.800,00 zł
Zadanie nr 15 -	1.100,00 zł
Zadanie nr 16 -	1.100,00 zł
Zadanie nr 17 -	850,00 zł
Zadanie nr 18 -	750,00 zł
Zadanie nr 19 -	200,00 zł
Zadanie nr 20 -	170,00 zł
Zadanie nr 21 -	50,00 zł
Zadanie nr 22 -	100,00 zł

Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku Kredyt Bank S.A. Zamość nr 55 1500 1807 1218 0003 8863 0000.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed **03 marca 2009r. godz. 12⁰⁰**. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą spowoduje wykluczenie z postępowania.

Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,
- zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego
- unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia.

Z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- który został wykluczony z postępowania
- którego oferta została odrzucona.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wykonawcom, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przekaze wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na swojej stronie internetowej.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia – jest ona dla nich wiążąca, zamieści ją także na swojej stronie internetowej.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zmiany zamieści na swojej stronie internetowej.

W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pracownikiem upoważnionym przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: dr n. med. Paweł Dąbrowski, lek. med. Tomasz Adamczyk tel. 677 38 91 - w sprawach dot. przedmiotu zamówienia, mgr Anna Kokoć – w sprawach formalno - prawnych tel. 677 32 81, pok. 215 – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane faxem. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przekazywanych faxem oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny o znaczeniu:

1. Cena - 70 %

2. Ocena techniczna – jakość – 30%

Cena - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona w danym zadaniu zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

Sposób obliczania punktów za kryterium ceny: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 70 punktów (1% = 1 pkt.) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 70 pkt.

Ocena techniczna - jakość – będzie oceniana na podstawie złożonych charakterystyk techniczno - jakościowych oferowanego sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki obwodowej dla Pracowni Hemodynamiki oraz na podstawie złożonych próbek. Najwyżej będzie oceniona oferta w danym zadaniu, która zaoferuje sprzęt o najwyższej jakości i najlepszych warunkach technicznych.

Sposób obliczania punktów za kryterium ocena techniczna – jakość – punkty wstępne uzyskane za parametry podlegające ocenie, będą podstawą do obliczenia punktów porównywalnych. Przyjmujemy zasadę poziomu odniesienia tj. w tym przypadku stosunek oceny oferty badanej (ilość uzyskanych punktów wstępnych przez ofertę badaną) do oceny oferty maksymalnej (największa uzyskana ilość punktów wstępnych). Uwzględniając wartość tego kryterium 30 pkt. (1 pkt. = 1%) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 30 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu w danym zadaniu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny łącznie.

Zamawiający zawrze umowę, w terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem ust. 1a art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Oferta zostanie odrzucona gdy:

- jest niezgodna z ustawą,
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione gdy zaistnieje jedna z okoliczności określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.

Wykonawca oraz inne osoby, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, mają prawo wnieść protest do zamawiającego, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie: 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający w dowolnym czasie jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wzywa wykonawców pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu .

Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

- treści ogłoszenia
- postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

Protest inny niż wymieniony wyżej zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa wcześniej uznaje się za jego oddalenie.

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu.

Wszystkie istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy są zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części zatytułowanej wzór umowy.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wzór umowy

zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Umowa Nr

zawarta w dniu 2008r w Zamościu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu przy ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 – 491 zwanym w treści umowy „Kupującym” w imieniu którego działa:

1.

a firmą z siedzibą w, adres :
....., wpisaną do pod numerem
....., NIP zwaną w treści umowy
„Sprzedającym” w imieniu której działają :

1.

2.

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniur. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1.

1. Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki obwodowej dla Pracowni Hemodynamicznej Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
2. W ramach dostawy Sprzedający zobowiązuje się do utworzenia w siedzibie Kupującego „Banku sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki obwodowej” zwanego dalej „Bankiem” w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy tj. do dnia 2009r

§ 2.

1. W ramach „Banku” Sprzedający powierzy nieodpłatnie Kupującemu ponosząc ryzyko transportu, sprzęt medyczny w ilości
2. Kupujący stwierdzi utworzenie Banku i odbiór powierzonego sprzętu medycznego w ramach „Banku” poprzez podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.
3. Wyżej wymieniony sprzęt medyczny jest własnością Sprzedającego do momentu wykorzystania go przez Kupującego.
4. Powierzony sprzęt medyczny musi być przechowywany w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą zgodnie z przyjętymi zasadami na koszt Kupującego.

§ 3.

1. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Sprzedającego o wykorzystaniu powierzonego w ramach „Banku” sprzętu medycznego, określając szczegółowo ich ilość i asortyment.
2. Powiadomienie o którym mowa w ust. 1 będzie podstawą dla Sprzedającego do wystawienia faktury VAT za wykorzystany przez Kupującego sprzęt.

§ 4.

1. Kupujący będzie określał terminy dostaw mających na celu uzupełnienie Banku w sprzęt medyczny, odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość na 7 dni wcześniej przed terminem dostawy.
2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego ponosząc ryzyko transportu i nieodpłatnego powierzenia sprzętu Kupującemu.
3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, którego pochodzenia jest zgodne ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta towaru. Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez Kupującego zleceniu na dostawę.
4. Do dostaw mających na celu uzupełnienie Banku w sprzęt mają zastosowanie §2 i §3 niniejszej umowy.
5. Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji.

§ 5.

1. Za sprzęt medyczny będą stosowane ceny jednostkowe takie jak w złożonej ofercie cenowej tj. określone poniżej :

Łączną cenę netto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości, słownie:

Łączną cenę brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości, słownie:

2. Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego.

§ 6.

1. Kupujący zobowiązuje się do dokonania zapłaty za każdorazowo wykorzystany sprzęt medyczny w ciągu dni licząc od daty otrzymania faktury VAT na konto Sprzedającego w nr
2. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 7.

Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przelać na nią swych wierzytelności wynikających z umowy.

§ 8.

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną :
 - a) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku sprzętu medycznego w wysokości 0,2% wartości sprzętu będącego przedmiotem Banku za każdy dzień zwłoki
 - b) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki.
 - c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.
2. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszonego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9.

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 8 ust. 1.

§ 10.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy.

§ 12.

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy tj. r przez okres 12 (dwunastu) miesięcy tj. do dnia r.

§ 13.

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Kupującego.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r z późniejszymi zmianami.

§ 14.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Kupującego, jeden dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY :

KUPUJĄCY: