



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Zamość, dnia 27 stycznia 2009 r.

AZP 3320/ 98/ /08/09

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki obwodowej dla Pracowni Hemodynamicznej Oddziału Kardiologii. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zadaniu 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych do angioplastyki o średnicy balonu 2.0 – 7.0 mm, dostępnych długościach 15-220 mm oraz RBP= 12 atm dla średnicy balonu 6.0-7.0 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Nie, wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zadaniu 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych wysokociśnieniowych do angioplastyki o średnicy balonu 3.0-12.0 mm, dostępnych długościach 20-220mm oraz RBP=13 atm dla średnicy balonu 6.0 mm, RBP – 12 atm dla średnicy balonu 7.0-8.0 mm i ciśnieniu nominalnym 6 atm dla wszystkich rozmiarów? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Nie, wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie

Czy w zakresie zadania 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych o średnicy balonów w zakresie 4-10 mm spełniających pozostałe wymagania przedmiotu zamówienia?

Wyjaśnienia:

Nie, wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Czy w zakresie zadania 12 Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie stentów o średnicy stentu w zakresie 6-10 mm spełniających pozostałe wymagania przedmiotu zamówienia?

Wyjaśnienie:

Nie, wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Czy w zakresie Zadania 14 Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie stentów o średnicy stentu w zakresie 6-10 mm spełniających pozostałe wymagania przedmiotu zamówienia?

Wyjaśnienia:

Nie, wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Rozumiemy, że w zakresie Zadania 16 istnieje możliwość zaferowania stentów kompatybilnych z koszulką naczyniową 6F dla wszystkich średnic .

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie:

Czy w zakresie dokumentów potwierdzających odporność na łamanie i zginanie stentów Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie ich w wersji językowej producenta, w tym przypadku j.angielskim?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informował w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na str 16 że oferta musi być sporządzona w języku polskim a dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Dyrektor
lek. med. Andrzej Mielcarek