



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 12 lutego 2009 r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP 3320/98/ /08/09

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki obwodowej dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

Pytanie:

Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie koszulek diagnostycznych długich o długościach: 23, 35, 45, 55, 90 cm spełniających pozostałe wymagania wymienione w opisie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na koszulki diagnostyczne długie o długościach: 23, 35, 45, 55, 90 cm.

Pytanie:

Czy w pakiecie nr 14 Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów samorozprężalnych do naczyń obwodowych OTW o średnicy 6 do 14 mm spełniających pozostałe wymagania wymienione w opisie co pozwoli na zachowanie uczciwej konkurencji oraz wybór najbardziej korzystnej oferty?

Wyjaśnienie:

Nie, wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

lek. med. Marek Lipiec
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa