

Zamość, dnia 20 lutego 2009 r.



AZP 3320/ 98/ /08/09



Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki obwodowej dla Pracowni Hemodynamicznej Oddziału Kardiologii. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

Pytanie dot. zadania nr 5

W zadaniu nr 5 Zamawiający podaje następujące parametry techniczne dla cewników balonowych o dużej średnicy:

Średnica kanału centralnego 0.035"

Długość balonu w zakresie 20-60mm

Średnica balonu w zakresie 12-18 mm

Długość cewnika w zakresie 80±15 - 135±25 cm (przynajmniej 2 długości)

poczym w określeniu próbek jakie należy załączyć do oferty podaje:

„zadanie 5 – Cewniki balonowe do angioplastyki obwodowej o dużej średnicy OTW – 1 szt. długość 40 mm, średnica 40, szaft 70-130 cm

co Zamawiający miał na myśli określając średnica 40?

Wyjaśnienie:

Wymagana jest próbka o średnicy 14 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie dot. zadania nr 16

W zadaniu nr 16 Zamawiający podaje następujące parametry techniczne dla stentów samorozprężalnych do dużych naczyń obwodowych w systemie OTW:

Średnica stentu w zakresie 12-14 mm

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Długość stentu przynajmniej w zakresie 30-80 mm
Kompatybilny z przewodnikiem 035”
Długość systemu wprowadzającego $85\pm 25 - 135\pm 25$ cm.

po czym w określeniu próbek jakie należy załączyć do oferty podaje:

„Zadanie 16 – Stenty samorozprężalne do dużych naczyń obwodowych w systemie OTW – 1 szt., średnica 16 mm, długość 20 mm, szaft 75-130 cm.

Co Zamawiający miał na myśli określając średnicę stentu 16 mm i długość 20 mm które nie mieszczą się w parametrach technicznych określonych w pakiecie 16?

Wyjaśnienie:

Wymagana jest próbka o długości 40 mm i średnicy 14mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Lek. med. Marek Lipiec
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa