



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 26 lutego 2009 r.



AZP 3320/98/ /08/09



Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki obwodowej dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. Dotyczy zadania 9. Czy Zamawiający dopuści przewodniki o zakończeniu prostym lub zagiętym pod kątem 15° i pozostałych parametrach jak w SIWZ ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. Dotyczy Zadania 14. Czy Zamawiający dopuści stenty samorozprężalne o klasycznym (koaksjalnym) systemie uwalniania, długości 20 – 200mm, średnicy 5-14mm i pozostałych parametrach jak w SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

3. Dotyczy Zadania 16. W związku, iż Zamawiający w zadaniu 16 oczekuje stentów do dużych naczyń o średnicy 12-14mm i długości 30-80mm, a w SIWZ zamieszcza informacje o oczekiwanej próbce stentu o wymiarach 16mmx20mm, czy Zamawiający może skorygować SIWZ

Wyjaśnienie:

Wymagana jest próbka o długości 40mm i średnicy 14mm. Pozostałe parametry bez zmian.

4. Dotyczy zadania 17. Czy Zamawiający dopuści stenty szyjne o budowie otwartokomórkowej i średnicach 6 – 10mm i pozostałych parametrach jak w SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ

5. Dotyczy zadania 18. Czy Zamawiający dopuści zestawy do neuroprotekcji ze zintegrowanym przewodnikiem, oraz wymaganym drugim przewodnikiem inicjalnym 0,014 lub 0,018” o parametrach wedle preferencji Zamawiającego ?

Wyjaśnienie: Tak.

6. Dotyczy Zadania nr 4 – Cewniki balonowe standardowe do angioplastyki obwodowej OTW – 100 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie balonu o średnicach 3 – 10 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ

7. Dotyczy Zadania nr 7 – Cewniki balonowe do angioplastyki tętnic podudzia OTW – 50 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie balonu o średnicach od 2,5 do 7 mm o pokryciu niejednorodnym balonika, które umożliwia płynne przejście przez kręte naczynia mocną stenozę jednocześnie minimalizując ryzyko poślizgu podczas nadmuchiwania. Współosiowy projekt trzonu z powłoką hydrofilną zapewnia wysoki stopień tolerancji zagięć oraz niski opór. Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ

8. Dotyczy zadania nr 12 – stenty stalowe do tętnic obwodowych w systemie OTW – 60 szt. Czy Zamawiający dopuści zaferowanie długości stentów w zakresie 15-25-38-56 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ

9. Dotyczy Zadania nr 13 – stenty chromowo – kobaltowe do tętnic nerkowych w systemie RX – 30 szt. Czy Zamawiający dopuści zaferowanie stentu w zakresie średnic 4,5-5,0-6,0-7,0 mm długości 12-19 mm oraz kompatybilnego z introducerem 4-5F, co ma wpływ na niski profil stentu, a co jest ujęte w parametrach ocenianych przez Zamawiającego. Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak.

10. Dotyczy Zadania 3, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie cewnika balonowego kompatybilnego z przewodnikiem 0,018” ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ

11. Dotyczy Zadania 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie cewnika balonowego o zakresie długości od 15 do 80 mm ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ

12. Dotyczy Zadania 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie cewnika balonowego o ciśnieniu nominalnym 6 atm i RBP dla średnicy 7 i 8 mm – 13 atm, a dla 4 – 6 mm od 16 do 14 atm ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ

13. Dotyczy Zadania 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie stentu stalowego o zakresie średnic od 5 do 9 mm i zakresie długości od 15 do 78 mm ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ

14. Dotyczy zadania 4 i zadania 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie 1 szt. próbki do obu pakietów, jeśli oferowany jest ten sam balon ? Jaki rozmiar próbki będzie wymagany jeśli można załączyć 1 szt. próbki do obu pakietów ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

15. Dotyczy zapisu § 2 ust. 1 Załącznika do s.i.w.z – wzór umowy.

„... 1. W ramach „Banku” Sprzedający powierzy nieodpłatnie Kupującemu ponosząc ryzyko transportu sprzęt medyczny w ilości .....”

wnosimy o zmianę na:

„... 1 Sprzedający złoży w depozyt do siedziby Kupującego wyroby medyczne będące przedmiotem niniejszej umowy w ilości i rodzajach uzgodnionych z Zamawiającym, przy czym koszt depozytu nie stanowi odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej. Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania wyrobów medycznych dostarczonych do depozytu na podstawie dokumentu magazynowego, tak by zachować je w stanie nie pogorszonym i ponosi odpowiedzialność z tytułu zawinionej i udowodnionej szkody powstałej w czasie trwania niniejszej umowy w przedmiotach oddanych na przechowanie”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

16. Dotyczy zapisu § 5 ust. 2 załącznika do s.i.w.z. – wzór umowy.

„...2. Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu do wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego”

Wnosimy o zmianę na zapis:

„...2. Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy z wyłączeniem urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

17. Dotyczy zapisu § 8 ust. 1 Załącznika do s.i.w.z. – wzór umowy.

...1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną :

a/ w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku sprzętu medycznego w wysokości 0,2% wartości sprzętu będącego przedmiotem Banku za każdy dzień zwłoki;  
b/ w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki

c/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy”

Wnosimy o zmianę na zapis:

„...1 Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

a/ w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku sprzętu medycznego w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego sprzętu będącego przedmiotem Banku za każdy dzień zwłoki;

b/ w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości opóźnionej – niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki;

c/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 3% wartości niezrealizowanej części umowy.”

Wyjaśnienia:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

18. Dotyczy zapisu § 9 załącznika do s.i.w.z. – wzór umowy.

„... W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalania Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 8 ust. 1.”

Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu.

Wyjaśnienia:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że ulega zmianie termin składania ofert, otwarcia ofert i wnoszenia wadium. Obowiązujące terminy to:

- termin składania ofert – **06 marca 2009r godz. 11,00**
- termin otwarcia ofert – **06 marca 2009r godz. 12,00**
- termin wnoszenia wadium upływa przed – **06 marca 2009 godz. 11,00.**