



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



AZP 3320/98/ /08/09



Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki obwodowej dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:



Dotyczy zadania nr 2:

1. Czy nie nastąpił błąd pisarski w zakresie określenia długości i czy nie powinno być: długości w zakresie 10-25 cm?

Wyjaśnienie:

Tak, długości powinny być określone następująco: „Długości w zakresie 10 – 25 cm”.



2. Czy zamawiający wymaga aby zbrojenie wykonane było stalowym widocznym oplotem ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga koszulki zbrojonej oplotem dobrze widocznej w sokpii.

3. Czy Zamawiający dopuści koszulki naczyniowe krótkie z zastawką hemostatyczną i portem bocznym w rozmiarach 5, 6, 7, 8, 9, 10 F ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są wymiary średnic określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Zamość dnia 02 marca 2009 r.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ds. lecznictwa
Lek. med. Marek Lipiec