

Zamość, dnia 26 stycznia 2010 r.

AZP 3320/81/ 09 / /10

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników do Pracowni Bakteriologii wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi**. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

Pytanie dot. zadania nr 2 podpunkt b:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 i 3 niskopylącego pudru?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 2 i 3 niskopylącego pudru.

Pytanie dot. zadania nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasek wykonanych z trwałej bibuły, które są produktem równoważnym dla E-testów?

Podana w specyfikacji nazwa E-testy, jest określeniem własnym, dla konkretnego wyrobu, którego producentem jest wyłącznie jedna firma – AB Biomerieux. Zamawiający proszony jest w związku z tym o zmianę nazwy w części nr 4, z E-testów na testy do oznaczania minimalnego stężenia hamującego wzrost mikroorganizmów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że ulega zmianie nazwa zadania nr 4 z „E-Testy” na „ Test do oznaczania minimalnego stężenia wzrostu mikroorganizmów”. Pod tą nazwą rozumiemy nieporowaty pasek plastikowy, którego jedna strona jest skalibrowana w wartościach MIC wyrażonych w µg/ml i obejmuje 15 kolejnych, podwójnych stężeń. Druga strona paska zawiera związany z nośnikiem antybiotyk o określonym gradiencie stężeń.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Pytanie dot. zadania nr 4 pozycji nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5, testu kolistyna o zakresie 0,016-256 w opakowaniu 30 szt.? Zamawiającemu zostaną zaoferowane wówczas 2 opakowania po 30 szt.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testu kolistyna o zakresie 0,016-256, 2 op. po 30 szt.

Pytanie dot. zadania nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lateksowego płytkowego testu aglutynacyjnego do wykrywania przeciwciał przeciw natywnemu DNA występujących w toczniu rumieniowatym układowym (SLE) ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający określił w zadaniu 8, że test: komórki LE powinien wykrywać komórki LE a nie autoprzeciwciała anty-DNP. Test, który firma chce zaoferować znajduje się w zadaniu 9 SIWZ.

lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor