



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 27 listopada 2009 r.



AZP 3320/86/ /2009

.....
.....
.....
.....
.....



dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 11:

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej > 99,9999% z barierą mechaniczną w postaci wymiennika ciepła i wilgoci i membrany filtracyjnej ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 12:

Czy Zamawiający wymaga rurę karbowaną o średnicy 22 mm do cięcia co 20 cm ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza rurę karbowaną o średnicy 22 cm do cięcia co 20 cm.

Pytanie dot. zadania 12:

Czy Zamawiający wymaga rolki o długości 50 mb ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza rolkę o długości 50 mb.

Pytanie dot. zadania 23:

Czy Zamawiający dopuści obłożenia jednorazowego użytku do zabiegów sercowo – naczyniowych zawierające następujące elementy o parametrach nieznacznie odbiegających od wymaganych i nie pogarszających walorów użytkowych produktów:

- serweta z otworem na klatkę piersiową wypełnionym folią samoprzylepną 28 x 38 cm, wielkość serwety 201/300 x 349 cm,
- serweta do podłożenia pod kończyny dolne sterylna, wielkość serwety 201 cm x 279 cm,
- serweta 135 cm x 196 cm lub 150 cm x 178 cm z częścią samoprzylepną o rozmiarze

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

- 75 x 178 cm,
- serweta na stół podstawowy 152 x 229 cm,
 - serweta na stolik Mayo 76 cm x 146 cm,
 - ochraniacze 2 szt. na stopy kończyn dolnych,
 - taśma samoprzylepna o rozmiarze 10 x 50 cm,
 - kieszeń samoprzylepna 2 szt. (długość klejąca na wsad 28 cm, szerokość/głębokość 30 cm lub długość klejąca na wsad 50 cm, szerokość/głębokość 48 cm) ?

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza obłożenia jednorazowego użytku do zabiegów sercowo – naczyniowych o wymiarach:

- serweta z otworem na klatkę piersiową wypełnionym folią operacyjną samoprzylepną 28 x 38 cm, wielkość serwety 201/300 cm x 349 cm,
- serweta do podłożenia pod kończyny dolne ze sterylnym zabezpieczeniem krocza, wielkość serwety 201 cm x 279 cm,
- serweta 150 cm x 178 cm,
- serweta na stół podstawowy 152 x 229 cm,
- serweta na stolik Mayo 76 cm x 146 cm,
- ochraniacze 2 szt. na stopy kończyn dolnych,
- taśma samoprzylepna o rozmiarze 10 x 50 cm,
- kieszeń samoprzylepna 2 szt. (długość klejąca na wsad 28 cm, szerokość/głębokość 30 cm).

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek