



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 04 grudnia 2009r.



AZP 3320/86/ /2009

.....
.....
.....
.....



dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii. Poniżej przedstawiamy jego treść i wyjaśnienie:

Pytanie dotyczy zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści oksygenator membranowy z metalowym wymiennikiem ciepła wraz ze zbiornikiem żylnym - kardiotorcyjnym:

- z powłoką biokompatybilną nieheparynizowaną ?
- z minimalnym poziomem primingu w zbiorniku żylnym – kardiotorcyjnym zapewniającym utrzymanie pełnego zakresu przepływu krwi przez oferowany oksygenator na poziomie 250 ml ?
- z konektorami ssakowymi 6 x 1/4 cala i 1x3/8 cala ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Zastępca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000