



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 22 grudnia 2009 r.



AZP 3320/86/ /2009



dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii. Poniżej przedstawiamy ich treść i wyjaśnienia:



### **Pytanie dot. zadania 3:**

Zwracamy się z prośbą o dołączenie schematu technicznego dotyczącego zestawu do podawania kardioplegii krwistej 4:1 z metalową spiralą w celu optymalnego przygotowania oferty.

### **Wyjaśnienie:**

Parametry istotne dla zamawiającego tj.

- podział zestawu na dwie części,
- obecność filtra typu bubble-trap,
- metalowe spirale, linie do pomiaru ciśnienia,
- podwójne linie do poboru krystaloidu,
- długość linii na stół min. 170 cm

zostały zawarte w SIWZ. Przedstawiony w niej opis przedmiotu zamówienia jest wiążący.

### **Pytanie dot. zadania 4:**

Zwracamy się z ogromną prośbą o wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji: 1, 2, 3, 4, 9 oraz 10.

### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający **wyłącza z zadania nr 4 pozycje nr: 1, 2, 3, 4, 9 i 10 i tworzy z nich zadanie nr 26.**

### **Zadanie nr 4 po zmianach obejmuje:**

1. Kaniule do podawania kardiopleginy z wentem – 350 sztuk
2. Kaniule żyłne pojedyncze z metalową końcówką – 10 sztuk.
3. Kaniule udowe tętnicze – 10 sztuk
4. Kaniule udowe żyłne – 5 sztuk.

**Opisy przedmiotu zamówienia dla w/w pozycji zawarte na str. 9 – 10 SIWZ nie ulegają zmianie i są wiążące.**

**Wymagane wadium dla zadania nr 4 po zmianach wynosi 300,00 złotych.**

### **Zadanie nr 26 po zmianach obejmuje:**

1. Kaniule żyłne dwustopniowe proste – 350 sztuk.

tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

2. Kaniule żyłne pojedyncze proste – 40 sztuk
3. Went komorowy – 40 sztuk
4. Kaniule aortalne – 350 sztuk.
5. Blower do rozdmuchiwania strumienia krwi – 30 sztuk
6. Y-adapter do podawania kardiopleginy – 30 sztuk.

**Opisy przedmiotu zamówienia dla w/w pozycji zawarte na str. 8 - 10 SIWZ nie ulegają zmianie i są wiążące.**

**Wymagane wadium dla zadania nr 26 po zmianach wynosi 500,00 złotych.**

**Pytanie dot. zadania 4:**

Czy Zamawiający dopuści kaniule żyłne pojedyncze proste w rozmiarach od 20 Fr zamiast od 18 Fr o pozostałych parametrach zgodnych z wymogami SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 4:**

Czy Zamawiający dopuści kaniule aortalne do podawania kardioplegii do opuszki aorty z wentem, zakończone igłą o rozmiarze 8Fr bądź 10 Fr zamiast 9 Fr o pozostałych parametrach zgodnych z wymogami SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Przedmiotem zamówienia są kaniule aortalne, a pytanie odnosi się do innego asortymentu, jest zatem bezprzedmiotowe.

**Pytanie dot. zadania 4:**

Zwracamy się z ogromną prośbą o wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji 5 w celu przedłożenia oferty konkurencyjnej o najwyższej jakości producenta amerykańskiego ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, iż dla zadania nr 4 obowiązują zmiany wprowadzone niniejszym pismem, tj. wyłączenie części pozycji i utworzenie z nich zadania nr 26.

**Pytanie dot. zadania 25:**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym klipsy S i M o ząbkowanej wewnętrznej powierzchni, klips wykonany z czystego tytanu o kształcie litery V ułatwiającym zamykanie klipsa, dostarczone są wraz z kompatybilnymi klipsownicami (fabrycznie nowymi) na czas trwania umowy ?

**Wyjaśnienie:**

Tak, pod warunkiem spełnienia parametrów dotyczących samych klipsów zawartych w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 9:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 introduktor 8,5 F, reszta zapisów bez zmian ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, iż wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 14:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednoświatłowy 20Ga/12 cm co jest odpowiednikiem 3F posiadający w swoim składzie igłę o długości 5,08 cm przy

zachowaniu reszty zapisów bez zmian ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, iż wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 15:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń trójświatłowy 7F/16 cm posiadający w swoim składzie igłę o długości 6,35 cm przy zachowaniu reszty zapisów bez zmian ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza zestaw do kaniulacji z igłą o długości 6,35 cm przy zachowaniu reszty zapisów bez zmian

**Pytanie dot. zadania 21:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wewnątrzortalny cewnik do kontrapulsacji w rozmiarze 8 Fr i 7,5 Fr dostępny z balonami o pojemności 30 i 40 cc do każdego rozmiaru, o budowie cewnika, która dzięki zbrojeniu szafu metalowym oplotem zapewnia najwyższe parametry odczytu ciśnienia tętniczego bez konieczności częstego płukania kanału, o średnicy kanału centralnego 0,032” dla 8 Fr i 0,027” dla 7,5 Fr oraz średnicy przewodników 0,030” dla 8 Fr i 0,025” dla 7,5 Fr, z możliwością założenia przez 1 z 2 koszulek znajdujących się standardowo w każdym zestawie, pozostałe parametry bez zmian ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, iż wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kar umownych na 0,1 % wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, iż wiążąca jest treść wzoru umowy - integralnej części SIWZ.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż **ulegają zmianie:**

- **termin składania ofert i wniesienia wadium, który wyznacza się na dzień 15 stycznia 2010r. do godz. 12.00,**
- **termin otwarcia ofert, który wyznacza się na dzień 15 stycznia 2010r. godz. 13.00.**

Zastępca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Marek Lipiec