



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 11 grudnia 2009 r.

AZP.3320/ 88/ /2009

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do wykonywania oznaczeń gazometrii, elektrolitów i glukozy wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników do analizatorów AVL 995-S i AVL 988-4. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie:

dotyczy zadania 2 – odczynniki do analizatora AVL 995-S

Czy Zamawiający w zadaniu 2 w pozycji 6 dopuści inny niż opisany w SIWZ sposób konfekcjonowania odczynnika? Odczynnik, który zostanie zaoferowany w postępowaniu dostosowany jest do aparatu AVL 995-S i jest konfekcjonowany w następujący sposób: - poz. 6 – Deproteinizer – 100 ml.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza inny sposób konfekcjonowania odczynników we wszystkich zadaniach pod warunkiem, że nie ulegną zmianie całkowite ilości odczynników w poszczególnych pozycjach podane w SIWZ.

Wyjaśniamy również, że asortyment i ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia odpowiadają potrzebom Zamawiającego na 12 miesięcy.

Pytanie:

dotyczy zadania 3 – odczynniki i elektrody do jonometru AVL 988-4

Czy Zamawiający w pozycji 4, 5, 6, 12 w w/w zadaniu dopuści inny niż opisany w SIWZ sposób konfekcjonowania odczynników? Odczynniki, które zostaną zaoferowane w postępowaniu przetargowym dostosowane są do analizatora AVL 988-4 i są konfekcjonowane w następujący sposób:

- poz. 4 – ISE Trol-Kontrolr 1, 2, 3 – 3 x 10 x 1,8 ml
- poz. 5 - Deproteinizer – 100 ml
- poz. 6 – Cleaning Solution – 100 ml
- poz. 12 – Płyn kondycjonujący do elektrody sodowej – 100 ml

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza inny sposób konfekcjonowania odczynników we wszystkich zadaniach pod warunkiem, że nie ulegną zmianie całkowite ilości odczynników w poszczególnych pozycjach podane w SIWZ.

Wyjaśniamy również, że asortyment i ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia odpowiadają potrzebom Zamawiającego na 12 miesięcy.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Administracyjnych
mgr inż. Bernarda Petryk



KOMITET
UPOWAŻCZANIA
KARMIENIA
PIERŚNIA

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

