



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 14 grudnia 2009 r.



AZP.3320/ 88/ /2009

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do wykonywania oznaczeń gazometrii, elektrolitów i glukozy wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników do analizatorów AVL 995-S i AVL 988-4. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:



Pytanie:

Co Zamawiający rozumie przez określenie „bezobsługowe” elektrody?

Wyjaśnienie:

Przez elektrody bezobsługowe Zamawiający rozumie elektrody nie wymagające wymiany jakichkolwiek części elektrody lub uzupełnienia płynów w elektrodzie. Wymiana elektrody następuje po zakończeniu okresu gwarancji.

Pytanie:

Czy ilość elektrod powinna być wyliczona na podstawie gwarancji podanej przez producenta aparatu a nie ich żywotności? Czy w związku z tym Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oficjalnego dokumentu producenta aparatu (np. fragment instrukcji serwisowej aparatu lub inny oficjalny dokument producenta) informującego o przydatności elektrod wynikającej z gwarancji producenta? Informacja o okresie gwarancji umożliwi wyliczenie rzetelnych kosztów eksploatacji aparatów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga aby okres gwarancji elektrod bezobsługowych był określony przez producenta i zawarty w instrukcji serwisowej. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty takiej informacji.

Pytanie:

Czy w ofercie należy podać informacje jaką ilość oznaczeń można wykonać z 1 opakowania odczynnika, płynów kalibracyjnych, płynów myjących?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga aby firma podała wielkość każdego opakowania. Nie wymaga określenia ilości oznaczeń.

Pytanie:

W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza aparaty z 2008 roku, czy w przypadku oferowania takich aparatów Zamawiający wymaga potwierdzenia dokonania przeglądu serwisowego z jednoczesną wymianą wszystkich elektrod na nowe?

Wyjaśnienie:

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Zamawiający określił w SIWZ, że wymaga elektrod fabrycznie nowych lub w formie wymiennalnego wkładu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu w dokumenty potwierdzające dokonanie przeglądu serwisowego.

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatorów z zamkniętymi płynami kalibracyjnymi, bez wykorzystania butli zewnętrznych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga zaoferowania analizatorów bez butli zewnętrznych.

Pytanie:

Czy Zamawiający poprzez wymóg możliwości podłączenia analizatora do sieci szpitalnej rozumie konieczność posiadania przez analizator oprogramowania pozwalającego na zdalną kontrolę i zarządzanie aparatem podłączonym do sieci szpitalnej przez personel Laboratorium.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający powinien mieć możliwość kontroli aparatu przez personel Laboratorium.

Pytanie:

W związku z różną ilością badań przypadającą na aparaty, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby każdy aparat był sprawdzany (kontrolowany) raz dziennie na 1 poziomie czy raz dziennie na 3 poziomach?

Wyjaśnienie:

Zamawiający określił, że wymaga jednej kontroli na 150 ozn. na trzech poziomach.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

mgr inż. Bernarda Petryk