



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 10 grudnia 2009 r.



AZP 3320/ 88/ /09



Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę **odczynników do wykonania oznaczeń gazometrii, elektrolitów i glukozy wraz z dzierzawą analizatorów oraz odczynników do analizatorów AVL 995-S i AVL 988-4**. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.



### **Pytanie nr 1 zadanie nr 2:**

Czy Zamawiający może sprecyzować wielkość i pojemność kapilar noworodkowych celem odpowiedniego ich dobrania?

#### **Wyjaśnienie:**

Ø 1,60 x 125 mm

### **Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający w pozycji „ISE Trol-Kontrola 1, 2, 3 (3 x 10 amp. po 1,7 ml) – 1 op” dopuszcza opakowania 3x10x1 ml (oryginalne opakowania producenta analizatora AVL 988-4)?

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza zmianę konfekcjonowania odczynników, pod warunkiem, że nie ulegnie zmianie całkowita ilość odczynnika zawarta w SIWZ.

### **Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający pod pojęciem „Elektroda referencyjna”, rozumie kompletny zestaw elektrody referencyjnej tj. Calomel Electrode oraz Reference Electrode Housing zgodnie z nazewnictwem producenta aparatu firmy Roche Diagnostics?

#### **Wyjaśnienie:**

Tak, Zamawiający pod pojęciem elektroda referencyjna rozumie zestaw elektrody referencyjnej.

### **Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 3**

Samodzielny Publiczny Szpital  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Wyjaśnienie SIWZ  
Postępowanie AZP 3320/88/09

Strona 1 z 2

tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na oryginalne bezobsługowe elektrody producenta aparatu z zachowaną gwarancją odpowiednio:

- elektroda Na – gwarancja 8 miesięcy
- elektroda K – gwarancja 6 miesięcy
- elektroda Ca – gwarancja 4 miesiące
- elektroda referencyjna – gwarancja 12 miesięcy

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga złożenia ofert na elektrody bezobsługowe z okresem gwarancji określonym przez producenta, który zawarty jest w instrukcji serwisowej.

**Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 1**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, parametry wymagane dla analizatora, pkt. 10 dopuści analizator z oprogramowaniem w języku angielskim z jednoczesnym dostarczeniem dokładnej instrukcji obsługi aparatu w języku polskim oraz przetłumaczeniem komend podawanych przez aparat na język polski?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie dopuszcza analizatora z oprogramowaniem w języku angielskim.

mgr inż. Bernarda Petryk  
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych