



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 17 grudnia 2009 r.

AZP.3320/ 90/ /2009

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do morfologii wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie:

Dotyczy wzoru umowy:

Chcąc zapewnić obu stronom handlowym równe pozycje handlowe, prosimy o dodanie do warunków umowy następującego zapisu:

„W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty Dostawca ma prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wiążące są zapisy §13 ust. 2 (wzór umowy nr 1) i §12 ust. 2 (wzór umowy nr 1): „W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.”

Pytanie:

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2:

Prosimy o uściślenie zapisu co Zamawiający miał na myśli pod pojęciem „do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych”.

Wyjaśnienie:

Oznacza to, że jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody, to Kupujący będzie żądał dodatkowego odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

Pytanie:

Czy Zamawiający w pozycji „1 ABX Minidil LMG (10 l)” dopuszcza opakowania 20 litrów w przeliczeniu na wymaganą całkowitą ilość odczynnika?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza w poz. 1 opakowanie 20 l w przeliczeniu na wymaganą całkowitą ilość odczynnika



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Pytanie:

W związku z użyciem przez Zamawiającego nazw odczynników wskazujących ich pochodzenie, co jest niezgodne z art. 29 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników równoważnych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników równoważnych. Oferowane odczynniki mogą występować pod inną nazwą, ale muszą spełniać taką samą funkcję jak odczynnik oryginalny i być kompatybilne z analizatorem. Badania wykonane na oferowanych odczynnikach muszą być wiarygodne, zgodne z aktualnym stanem pacjenta.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zadaniu 2, poz. 1 dopuści opakowanie 20 l?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści opakowanie 20 l w zad. 2 poz. 1.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek