



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 21 grudnia 2009 r.

AZP.3320/ 91/ /2009

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ, nowego terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów biochemicznych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie:

dot. pkt 7 parametrów granicznych.

Zamawiający wymaga w pkt 7 parametrów granicznych bezobsługowego bloku reakcyjnego, czy w związku z tym, dopuści bezobsługowy blok reakcyjny z bezobsługową łąnią wodną, niewymagającą od personelu żadnych czynności obsługowych?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

dot. pkt 16 parametrów granicznych.

Intencją zamawiającego są bezobsługowe elektrody do części ISE. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści bezobsługowe elektrody do części ISE wymienione w module ICT?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

dot. pkt 20 parametrów granicznych.

Czy Zamawiający formułując pkt 20 wymaga odczynników płynnych gotowych do użycia z dopuszczalnymi max. 3 odczynnikami liofilizowanymi?

Wyjaśnienie:

W pkt 20 Zamawiający określił odczynniki płynne, nie wymagające hydratacji na pokładzie aparatu lub rozpuszczania przez Użytkownika (dopuszcza się odczynniki liofilizowane max. w przypadku 3 parametrów).

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw z 2 na 7 dni od daty złożenia zamówienia?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.



KOMITET
UPOWAŻCZENIA
KARMENIA
PIERŚNIA

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do amylazy z maltotetriozą?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w pkt 21 zadaniu dotyczącym SIWZ, powinien być odczynnik do amylazy z maltotetriożą a nie z maltotriożą.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści materiał kontrolny do CK-MB na 1 poziomie?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuści materiał kontrolny do CK-MB na 1 poziomie.

Pytanie:

Czy trwałość kuwet wielorazowych zapewniająca brak konieczności ich wymiany w okresie trwania umowy (12 miesięcy) powinna być zgodna z oficjalnymi zaleceniami producenta i objęta jego gwarancją?

Wyjaśnienie:

Jeśli firma oferuje analizator wyposażony w kuwety wielorazowego użytku, powinny one być objęte gwarancją określoną przez producenta w okresie trwania umowy.

Pytanie:

Czy oferowane odczynniki, kontrole i kalibratory powinny pochodzić od tego samego producenta co analizator i stanowić jednolity system analityczny?

Wyjaśnienie:

Oferowane odczynniki, kontrole i kalibratory muszą stanowić jednolity system analityczny i być dedykowane do oferowanego analizatora.

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie oferowane kontrole i kalibratory były płynne, gotowe do użycia?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie określa w jakiej formie powinny być kontrole i kalibratory ale muszą stanowić jednolity system analityczny z odczynnikami.

Jednocześnie informujemy, że uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium.

Nowy termin składania ofert – 29 grudnia 2009 r. godz. 11.00

Nowy termin wniesienia wadium – 29 grudnia 2009 r. godz. 11.00

Nowy termin otwarcia ofert – 29 grudnia 2009 r. godz. 12.00

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w
Zamościu
lek. med. Marek Lipiec