



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 24 grudnia 2009 r.



AZP 3320/94/ /09



Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora podstawowego oraz dodatkowego. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

1. Prosimy o dopuszczenie analizatorów, które posiadają 20 chłodzonych miejsc odczynnikowych na pokładzie. Analizatory posiadające 20 chłodzonych miejsc odczynnikowych w pełni zabezpieczają prawidłowe przechowywanie odczynników, zapewniając wykonywanie oznaczeń w zakresie i ilościach wymaganych przez Zamawiającego, bez konieczności dostawiania odczynników podczas pracy analizatora.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza analizatory, które posiadają 20 miejsc chłodzonych.

Z- ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ds. lecznictwa
Lek. med. Marek Lipiec