



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.p

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

Zamość, dnia 24.11.2010 r.

AZ.2150-44/3/10

Dotyczy : odpowiedź na pytanie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę przyrządów do przetaczania krwi wpłynęło pytanie .

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź .

Pytanie :

„ Czy Zamawiający będzie wymagał przyrządów do przetaczania krwi bez ftalanów, co ma być potwierdzone dołączonym do oferty oświadczeniem producenta o zastosowanym plastyfikatorze oraz kartą charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów pamiętając, że ftalany mogą mieć działanie rakotwórcze, mutagenne lub toksycznie wpływające na reprodukcję oraz biorąc pod uwagę stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie zastosowania polichlorku winylu w produkcji wyrobów medycznych jasno określające, że „celowe wydaje się stymulowanie wszelkich działań mających na celu modyfikację składu wyrobów z PCV, szczególnie pod kątem zastępowania ftalanów innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację”. Karta charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego jest wykonywana przez dostawcę materiału (PVC) i musi zawierać wyszczególnienie składników w tym również plastyfikatora. Takie wymagania w naszej opinii byłoby najbardziej sprawiedliwe i najtrudniejsze do sfalszowania przez ewentualnego nieuczciwego dostawcę wyrobu medycznego.”

Odpowiedź :

Niezbędne wymagania zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ds. Lecznictwa
lek med Marek Lipiec