



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 8 marca 2010 r.



AZP.3320/ 1/ /2010



Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę protez naczyniowych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:



**Pytanie:**

Proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 2 protez dzianych, kolagenowych, rozwidlonych o dł. 45 cm przy całkowitym spełnieniu pozostałych parametrów rozmiarowych i jakościowych.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyraża zgodę.



**Pytanie:**

Proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 3 protez dzianych, kolagenowych o dł. 60 cm przy całkowitym spełnieniu pozostałych parametrów rozmiarowych i jakościowych.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie protez naczyniowych o długości 45 cm w tej samej cenie.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek

tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000