



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 16 lutego 2010 r.

AZP.3320/ 11/ /10

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ, nowego terminu wniesienia wadium, otwarcia i składania ofert.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów i części zamiennych do aparatury medycznej. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie:

Pakiet nr 3 poz. 4:

Do jakiego typu monitora lub pulsoksymetru Nellcor Zamawiający wymaga w pakiecie 3 w pozycji 4?

Wyjaśnienie:

Zamawiający posiada kilka różnych typów kardiomonitorów do których będzie stosowany czujnik typu Nellcor np. UT 4000, Propaq 102, PM 9000, MoniCARD Komfort FX 2000P MEC 1000. Zamawiający wymaga dostarczenia wielorazowego czujnika na palec zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie:

Dotyczy zad. 29:

Czy Zamawiający dopuści ofertę na stojaki do kroplówek składające się z podstawy lakierowanej proszkowo na kolor biały, oraz ze statywem stalowym chromowanym?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie:

Dotyczy pakietu 27:

Czy Zamawiający wymaga aby regulatory próżni wykonane były w solidnej metalowej obudowie, z zaworem szybkiego otwarcia typu ON/OFF i wakuometrem o zakresie 0 do -1 bara?

Wyjaśnienie:

Regulatory powinny być wykonane solidnie, z zaworem szybkiego otwarcia typu ON/OFF i wakuometrem o zakresie od 0 do -1 bara lub od 0 do -0,1 MPa.

Pytanie:

Dotyczy pakietu 27:

Czy Zamawiający wymaga aby regulator próżni wyposażony był w pojemnik zabezpieczający o pojemności 0,3 l z zaworem antyprzelewowym?



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga by regulator próżni wyposażony był w pojemnik szklany o pojemności 250 ÷ 300 ml, regulator próżni musi posiadać odcinający zawór pływakowy zabezpieczający przed dostaniem się treści odsysanej do instalacji próżni med.

Pytanie:

Dotyczy pakietu 27:

Czy regulator próżni ma być mocowany bezpośrednio do gniazda typu AGA, czy mocowany na standardowej szynie o wymiarach 25 x 10 mm?

Wyjaśnienie:

Regulator próżni ma być mocowany bezpośrednio do gniazda typu AGA.

Pytanie:

Dotyczy pakietu 30:

Zamawiający wymaga „butelek do tlenu szklanych 250 ml pasujących do posiadanych przez Zamawiającego dozowników tlenu punkt poboru AGA Instal Rzeszów”. Prosimy dokładnie podać do jakiego typu dozowników mają być przeznaczone butelki wraz z wymiarami i parametrami gwintu.

Wyjaśnienie:

Butelki do dozowników tlenu medycznego typ instal 79B, rozmiar butelki: wysokość – 170 mm, średnica 57 mm, gwint Rd 40 x 1/6”, butelki muszą posiadać podziałkę od 0 ÷ 250 ml co 50 ml z dodatkowymi oznaczeniami: MIN - oznaczenie na 100 ml, MAX – oznaczenie na 150 ml.

Pytanie:

Dotyczy pakietu 30:

Czy Zamawiający dopuści butelki wykonane z tworzywa sztucznego bardziej odpornego na uszkodzenia mechaniczne i podlegającego sterylizacji?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza tylko butelki szklane.

Pytanie:

Dotyczy pakietu 30:

Prosimy o dopuszczenie butelek wysokiej jakości, które jednak nie są wyrobem medycznym.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie:

Dotyczy pakietu 30:

Czy butelki muszą być kompatybilne z dozownikami tlenu z pakietu nr 28?

Wyjaśnienie:

Tak, butelki muszą być kompatybilne z dozownikami tlenu z pakietu nr 28?

Pytanie:

Dotyczy zadania 27 regulator próżni:

Czy Zamawiający wymaga aby regulator montowany był na szynę modura co nie obciąża gniazd i nie powoduje ich zużycia?

Wyjaśnienie:

Regulator próżni ma być mocowany bezpośrednio do gniazda typu AGA.

Pytanie:

Dotyczy zadania 27 regulator próżni:

Czy Zamawiający wymaga aby regulowanie siły ssania odbywało się poprzez poręczne, antypoślizgowe pokrętko umiejscowione na szczycie regulatora?

Wyjaśnienie:

Regulator próżni ma posiadać pokrętko do płynnej regulacji siły ssania w miejscu łatwo dostępnym.

Pytanie:

Dotyczy zadania 27 regulator próżni:

Czy Zamawiający wymaga aby regulator wyposażony był w wymienny filtr hydrofobowy nakręcany bezpośrednio na regulator od spodu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga aby regulator próżni posiadał filtry.

Pytanie:

Dotyczy zadania 28 Dozownik Tlenu:

Czy Zamawiający wymaga aby dozownik montowany był na szynę modura co nie obciąża gniazd i nie powoduje ich zużycia?

Wyjaśnienie:

Dozownik tlenu ma być mocowany bezpośrednio do gniazda typu AGA.

Pytanie:

Dotyczy pakietu nr 10:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym uchwyt elektrody monopolarnej 4 mm, szeroki z dwoma przyciskami wielorazowego użytku jest przymocowany na stałe do kabla wielorazowego użytku? W tym przypadku asortyment z pozycji 1 będzie zawierał asortyment z pozycji 2.

Wyjaśnienie:

Nie, wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie:

Dotyczy pakietu nr 10:

Czy Zamawiający dopuści przedłużkę elektrody monopolarnej 4 mm, wielorazowego użytku o długości 7 cm?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie:

Dotyczy pakietu nr 10:

Czy Zamawiający dopuści pęsetę bipolarną prosta o długości 23 cm, końcówki 2 mm, bez przewodnicy, wielorazowego użytku?

Wyjaśnienie:

Nie, wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie:

Dotyczy pakietu nr 10:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 uchwyt elektrody monopolarnej 4 mm, szeroki, z dwoma przyciskami (wielorazowego użytku) połączony z kablem dł. 4 m (wielorazowego użytku)?

Wyjaśnienie:

Nie, wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie:

Dotyczy pakietu nr 10:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 pęsetę bipolarną prostą dł. 220 mm (wielokrotnego użytku) z końcówką 2 mm?

Wyjaśnienie:

Nie, wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie:

Pakiet nr 3 poz. 1-3:

Prosimy o informację do jakiego typu monitora lub pulsoksymetru Philips będą stosowane czujniki z poz. 1 – 3?

Wyjaśnienie:

Czujniki będą stosowane do kardiomonitorów typu M1167A, IntelliVue MP20, Viridia M3, 54S, Viridia 24C, CMS 2000.

Pytanie:

Dotyczy zadania 18:

Punkt 2 Słuchawka lekarska (kompletna) tzn. anestezyjologiczna z głowicą do osłuchu np. puls przy pomiarze ciśnienia, a może słuchawka internistyczna z głowicą wielofunkcyjną.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga słuchawki lekarskiej anestezyjologicznej.

Pytanie:

Dotyczy zadania 18:

Punkt 5 Gruszka gumowa z zaworem tzn. Zespół pompy kpl. z zaworem przednim i balonikiem czy, sam balonik z zaworem ssącym tylnym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga w poz. 5 - Gruszka gumowa z zaworem, sam balonik z zaworem ssącym tylnym.

Pytanie:

Wnosimy o zmodyfikowanie wymogu dotyczącego dokumentów dopuszczających do obrotu jakie muszą posiadać zaoferowane wyroby tj. zmianę zapisu z: „(...) 3. Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych dla oferowanego przedmiotu zamówienia (...)” na zapis „zaoferowane produkty będące wyrobami medycznymi muszą posiadać dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późn. zm)”. Obecny zapis wymogu dołączenia do oferty wpisu nie uwzględnia klasy wyrobu i kraju pochodzenia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż wprowadza zmianę wymagania dot. dokumentów dopuszczających do obrotu oferowane wyroby medyczne.

Punkt 3 str. 7 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie „Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia, który jest wyrobem medycznym, do obrotu zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późn. zm), z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy, iż przedstawi na każde żądanie zamawiającego przedmiotowe dokumenty w wyznaczonym terminie.

Wykonawca jest zobowiązany w przedmiotowym oświadczeniu do określenia, które z oferowanych produktów są wyrobami medycznymi”.

Jednocześnie informujemy o zmianie terminu wniesienia wadium, otwarcia i składania ofert:

- Nowy termin wniesienia wadium to: **23 lutego 2010 r. godz. 11:00.**
- Nowy termin składania ofert to: **23 lutego 2010 r. godz. 11:00.**
- Nowy termin otwarcia ofert to: **23 lutego 2010 r. godz. 12:00.**

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek