



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 1 marca 2010 r.



AZP.3320/ 15/ /2010



Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę środków kontrastowych dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:



Pytanie:

Dotyczy zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu paramagnetyczny niejonowy, liniowy gadolinowy środek kontrastowy o stężeniu 0,5 mmol/ ml w opakowaniach dostępnych w zakresie pojemności od 10 ml do 30 ml – 1 l?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza środek kontrastowy w opakowaniach od 10 do 30 ml.



tel. centrala
084 6773333

Pytanie:

Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w par 4 ust. 2 treści „... obciążenia ...” na „... uznania ...”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec