



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 18 marca 2010 r.

AZP 3320/16/ /10

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę opakowań i testów do sterylizacji, oraz akcesoriów do sterylizatorów. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

Zadanie 2 poz. 8.

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo - foliowy z fałdą o wymiarach 75 mm x 35 mm x 100 mb w miejsce rękawa 75 mm x 25 mm x 100 mb ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

Zadanie 2:

1. Prosimy o obiektywne merytoryczne uzasadnienie wymagań SIWZ dotyczących parametrów technicznych papieru oraz folii wykorzystywanych do produkcji rękawów do sterylizacji znacznie przekraczających (nawet kilkakrotnie) wartości określone normą PN EN 868-3 i 5.

**Wyjaśnienie:**

Przedmiot zamówienia został określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i faktycznymi potrzebami zamawiającego w sposób obiektywny, jednoznaczny i wyczerpujący. Stawiane wymagania techniczne dotyczące rękawów papier - folia przeznaczonych do sterylizacji podyktowane są warunkami odbioru i przechowywania materiału wysterylizowanego z Centralnej Sterylizatorni na blok operacyjny, oddziały szpitalne oraz poradnie. Materiał podawany jest windą towarową, co wiąże się z załadunkiem i rozładunkiem windy (w przypadku bloku operacyjnego); przez innych użytkowników odbierany nie zawsze w sztywnych opakowaniach, co naraża narzędzia oraz inny sprzęt medyczny na rozerwania i przekłucia pakietów.

Zamawiający ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych standardach jakościowych i technicznych. Okoliczność o charakterze notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w siwz i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców nie oznacza, że postępowanie jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji. Zamawiający ma prawo wymagać, aby przedmiot zamówienia był realizowany w jakości wyższej niż standardowa lub o podwyższonych parametrach. Potwierdzają to



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

wyroki KIO. Informujemy także, że z posiadanej wiedzy przez zamawiającego wynika, że co najmniej trzech wykonawców posiada w swej ofercie handlowej przedmiot zamówienia odpowiadający wymaganiom określonym w siwz.

2. Prosimy o dopuszczenie do oceny rękawów foliowo – papierowych do sterylizacji spełniających wszystkie wymagania funkcjonalno – użytkowe opisane w SIWZ, dopuszczone do obrotu na terenie UE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiadające udokumentowaną charakterystykę techniczną papieru oraz folii z parametrami w normie 868-3 i 5.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Został on określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i faktycznymi potrzebami zamawiającego w sposób obiektywny, jednoznaczny i wyczerpujący.

3, Prosimy o dopuszczenie do oceny rękawów o folii zgrzewalnej w temperaturze 180 - 200°C, a więc mieszczącej się w zakresie podanym w SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

Z-ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Ds. Lecznictwa  
Lek. med. Marek Lipiec