



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Zamość, dnia 19 lutego 2010 r.

AZP 3320/18/ /10

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników dla Pracowni Analityki Ogólnej wraz z dzierżawą anlaizatora. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

Zadanie 4.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do krwi utajonej w kale o czułości 50 ng/ml ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga przedmiotowego testu o czułości określonej w SIWZ cyt.: „- czułość testu: 10 ng/ml hemoglobiny w próbce”.

2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testów Giardia Lamblia w postaci testów immunochromatograficznych kasetkowych o czułości i specyficzności 99% ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek