



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Zamość, dnia 24 lutego 2010 r.

AZP 3320/18/ /10

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników dla Pracowni Analityki Ogólnej wraz z dzierżawą analizatora**. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. Zadanie nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę do gazometrii – heparyna Litowa typ luer jako odrębnej pozycji do tego zadania ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zadania nr 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu do analizy moczu o następujących parametrach:

a/ wydajność 400 ozn/godz.

b/ pamięć wyników pacjenta 500

c/ możliwość statystycznej kontroli jakości badań w rozumieniu „rzucanie danych do pamięci komputera i wykonywanie programu statystycznego na poziomie komputera, a nie aparatu”

d/ do jakiego systemu informatycznego ma być podłączony aparat i na czyj koszt

e/ jaka kontrola międzynarodowa ma być zaoferowana ? Czy może być np. fińska

f/ ile ml kontroli należy zaoferować na rok i jaką czy patologiczną czy normalną bo nie jest wiadomo ile tych kontroli Zamawiający wykonuje dziennie lub miesięcznie, takie informacje są ważne do obliczenia kosztów oferty.

Wyjaśnienie:

A/ Zamawiający nie dopuszcza analizatora o niższej wydajności niż określona w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia.

B/ Zamawiający określił pamięć wyników pacjenta min. 300, a więc pamięć 500 jest zgodna z SIWZ

C/ Zamawiający wymaga aby możliwość statystycznej kontroli jakości posiadał aparat, a nie dodatkowy komputer

D/ Zamawiający posiada system informatyczny: Grupa Inżynierii Oprogramowania GEM Sp. z o.o., podłączenia aparatu dokona Zamawiający na swój koszt.

E/ Zamawiający nie wskazuje producenta kontroli międzynarodowej

F/ Zamawiający wykonuje kontrolę 2 x w tygodniu na dwóch poziomach – patologiczną i normalną.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek