



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 10 lutego 2010 r.



AZP 3320/19 / /10



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę zastawek mechanicznych i biologicznych, pierścieni oraz protez aortalnych dla Oddziału Kardiochirurgii**. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

#### Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu zastawki biologiczne mitralne i aortalne:

- wykonane z osierdzia wołowego?
- aortalne o numeracji parzystej w rozmiarach 18-28, a mitralne o numeracji nieparzystej w rozmiarach wymaganych przez Zamawiającego?
- których gradient ciśnień dla zastawki aortalnej o rozmiarze 20 mm jest większy od 10 mmHg i wynosi 12 mmHg?

#### Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia.

#### Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu protezę zastawki aortalnej z zastawką, gdy pierścień od strony kontaktu z krwią jest ringiem z węgla pyro litycznego osadzonym w prowadnicy tytanowego ringu, który nie ma bezpośredniego kontaktu z krwią, gdyż całkowicie pokryty jest kołnierzem?

#### Wyjaśnienie:

Tak.

mgr inż. Bernarda Petryk  
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych