



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 19 lutego 2010 r.



AZP 3320/19 / /10



Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę zastawek mechanicznych i biologicznych, pierścieni oraz protez aortalnych dla Oddziału Kardiochirurgii**. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.



Pytanie dot. zadania nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zastawek z pierścieniem wykonanym z grafitu pokrytego biokompatybilną powłoką węgla pirolitycznego oraz o punkcie obrotu półdisków wystającym poniżej/powyżej obrysu zastawki?

Wyjaśnienie:

Tak



tel. centrala
084 6773333

Pytanie dot. zadania nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie protez posiadających pierścień zastawki wykonany z grafitu pokrytego węglem pirolitycznym?

Wyjaśnienie:

Tak.

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

Pytanie dot. zadania nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zastawki kompozytowej z tkanki świńskiej o 20 – letnich udokumentowanych obserwacjach klinicznych oraz rekordowo wysokiej odporności na uszkodzenia strukturalne?

Wyjaśnienie:

Tak.

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Jednocześnie informujemy, że ulega zmianie godzina otwarcia ofert.

Termin otwarcia ofert – 22 lutego 2010r godz: 14:00

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor Naczelny