

Zamość, dnia 25 marca 2010 r.

AZP 3320/19/ /10



Dotyczy: informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych, wykonawcy którego oferta została odrzucona.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę zastawek mechanicznych i biologicznych, pierścieni oraz protez aortalnych dla Oddziału Kardiochirurgii** wybrano w poszczególnych zadaniach jako najkorzystniejsze oferty:

#### Zadanie 1 – Zastawki mechaniczne

ofertę Nr 1/19/10 – Sorin Group Italia S.R.L. Via Statale 12, Nord 86 41037 Mirandola Włochy

Uzasadnienie wyboru: **Jest to oferta najkorzystniejsza tj. z najniższą ceną – jedyne obowiązujące w tym postępowaniu kryterium oceny ofert to cena 100%.**

#### Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Sorin Group Italia S.R.L. Via Statale 12, Nord 86 41037 Mirandola Włochy – kryterium wyboru oferty – cena – 100% , ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

St. Jude Medical Sp. z o.o. ul. Smoleńskiego 1 lok. 2; 01-698 Warszawa - kryterium wyboru oferty – cena – 100% , ilość uzyskanych punktów – 95,83 pkt.

Agencja Naukowo - Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śl. 54a/2; 53-332 Wrocław - kryterium wyboru oferty – cena – 100% , ilość uzyskanych punktów – 99,22 pkt.

**Umowa zawarta będzie w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2**

#### Zadanie 2 – Proteza aortalna z zastawką

ofertę Nr 5/19/10 – St. Jude Medical Sp. z o.o. ul. Smoleńskiego 1 lok. 2; 01-698 Warszawa

tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

Uzasadnienie wyboru: **Jest to oferta najkorzystniejsza tj. z najniższą ceną – jedyne obowiązujące w tym postępowaniu kryterium oceny ofert to cena 100%.**

**Wykonawcy, którzy złożyli oferty:**

Sorin Group Italia S.R.L. Sorin Group Italia S.R.L. Via Statale 12, Nord 86 41037 Mirandola Włochy – kryterium wyboru oferty – cena – 100% , ilość uzyskanych punktów – 93,10 pkt.

St. Jude Medical Sp. z o.o. ul. Smoleńskiego 1 lok. 2; 01-698 Warszawa - kryterium wyboru oferty – cena – 100% , ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

**Umowa zawarta będzie w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2**

**Zadanie 3 – Zastawki biologiczne**

ofertę Nr 2/19/10 – Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101; 04-041 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: **Jest to oferta najkorzystniejsza tj. z najniższą ceną – jedyne obowiązujące w tym postępowaniu kryterium oceny ofert to cena 100%.**

**Wykonawcy, którzy złożyli oferty:**

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101; 04-041 Warszawa– kryterium wyboru oferty – cena – 100% , ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

HammerMed Sp. z o.o., Sp. k. ul. Kopcińskiego 73/75; 90-033 Łódź - kryterium wyboru oferty – cena – 100% , ilość uzyskanych punktów – 56,67 pkt.

St. Jude Medical Sp. z o.o. ul. Smoleńskiego 1 lok. 2; 01-698 Warszawa – oferta odrzucona

**Umowa zawarta będzie w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2**

**Zadanie 4 – Pierścienie do plastyki zastawki trójdzielnej**

ofertę Nr 3/19/10 – Tomed Sp. z o.o. ul. Strzeleckiego 8 m 75; 02-776 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: **Jest to oferta najkorzystniejsza tj. z najniższą ceną – jedyne obowiązujące w tym postępowaniu kryterium oceny ofert to cena 100%.**

**Wykonawcy, którzy złożyli oferty:**

Tomed Sp. z o.o. ul. Strzeleckiego 8 m 75; 02-776 Warszawa – kryterium wyboru oferty – cena – 100% , ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

**Umowa zawarta będzie w terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a**

Jednocześnie informujemy o odrzuceniu następującej oferty:

- oferty nr 5/19/10 St. Jude Medical Sp. z o.o. ul. Smoleńskiego 1 lok. 2; 01-698 Warszawa – w tym zadaniu treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Uzasadnienie faktyczne i prawne:**

Oferowana w zadaniu nr 3 zastawka biologiczna EPIC jest wykonana z tkanki świńskiej i wołowej tzn. wykonana z płatków świńskich, natomiast do krawędzi odpływowej zastawki przytwierdzony jest pasek osierdzia wołowego. Zamawiający w SIWZ wymagał zastawki wykonanej z pojedynczej tkanki świńskiej. Ponadto Zamawiający w SIWZ wymagał aby okres trwałości zastawki wynosił minimum 10 lat potwierdzony klinicznie, natomiast oferowana przez Wykonawcę zastawka nie ma udokumentowanych badań potwierdzających 10 letnią trwałość. Przedstawione w ofercie badania dotyczą zastawki Biocor a nie zastawki Epic. Zastawka Epic jest konstrukcyjnie identyczna jak Biocor, jednak zastosowano w jej przypadku całkowicie inną technologię utrwalania LINX TM AC, a ekstrapolowanie wyników badań zastawki innej tj: Biocor na zastawkę Epic w związku z powyższą różnicą w metodzie utrwalania jest niezgodne z metodologią badań naukowych. Ponadto w ofercie zawarta jest informacja, że aktualnie nie są dostępne żadne kliniczne dane oceniające długoterminowy wpływ utrwalania tkanek metodą LINX TM AC u ludzi (str. 109 oferty w języku angielskim, str. 111 oferty tłumaczenie w języku polskim). Fakt ten powoduje iż treść oferty St. Jude Medical Sp. z o.o. nie odpowiada treści SIWZ.

**Podstawą prawną do odrzucenia oferty nr 5/19/10 jest art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt. 3.”**

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
lek. med. Marek Lipiec