



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 14 kwietnia 2010 r.



AZP.3320/ 29/ /10



Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów jednojamowych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:



Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora jednojamowego o czułości przedsiomkowej w zakresie 0,4 – 6,0 mv, niewiele różniącej się od parametru wymaganego?

Wyjaśnienie:

Tak.



Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stymulator prosty do stymulacji jednojamowej SSI-R o szerokości impulsu w zakresie 0,12 – 1,5 ms?

Wyjaśnienie:

Tak.

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek