

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 128806-2010 z dnia 2010-05-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zamość
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku - 11 zadań asortymentowych
Termin składania ofert: 2010-05-24

Numer ogłoszenia: 129459 - 2010; data zamieszczenia: 20.05.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 128806 - 2010 data 13.05.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość,
woj. lubelskie, tel. 084 6773333, fax. 084 6386669.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- * Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
- * W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 24.05.2010 godz. 12:00.
- * W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 27.05.2010 godz. 12:00.

* Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał.I.

* W ogłoszeniu jest: Część nr 4, nazwa: Zadanie 4. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakres zamówienia: Linie do monitoringu ciśnienia metodą krwawą z: połączeniem kablowania z przetwornikiem zabezpieczonym kołnierzem wodoszczelnym, z płuczką 3 ml/h, przetwornikiem półprzewodnikowym j.u., kranikami trójdrożnymi, sztywnymi, niezałamującymi się drenami ciśnieniowymi, złącza bezpinowe, częstotliwość własna > 20 HZ - 1 100 szt..

* W ogłoszeniu powinno być: Część nr 4, nazwa: Zadanie 4. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakres zamówienia: Linie do monitoringu ciśnienia metodą krwawą z: połączeniem kablowania z przetwornikiem zabezpieczonym kołnierzem wodoszczelnym, z płuczką 3 ml/h, przetwornikiem półprzewodnikowym j.u., kranikami trójdrożnymi, sztywnymi, niezałamującymi się drenami ciśnieniowymi, złącza bezpinowe, częstotliwość własna > 200 HZ - 1 100 szt..

* Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał.I.

* W ogłoszeniu jest: Część nr: 8 Nazwa: Zadanie 8 Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Łata naczyniowa filcowa 1,25 cm x 10,5 cm - 20 szt. 2. Łata naczyniowa filcowa 2,5 cm x 15,2 cm - 20 szt..

* W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 8 Nazwa: Zadanie 8 Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Łata naczyniowa filcowa 1,25 cm x 10,5 cm - 20 szt. 2. Łata naczyniowa filcowa 2,5 cm x 15,2 cm - 20 szt. W poz. 1 dopuszcza się łaty filcowe o rozmiarze 1,2 cm x 10,2 cm.