



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 12 maja 2010r.



AZP 3320/31/ /2010



dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ.



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku i środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Stacji Dializ. Poniżej przedstawiamy ich treść i wyjaśnienia.

Pytanie dotyczy zadania 19:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu Puristeril w opakowaniach 10 l ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 dializatory średnioprzepływowe z błoną polietersulfonową, sterylizowane promieniami Gamma, dla mocznika 258 ml/min, pozostałe parametry zgodne z siwz ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3 dializatory wysokoprzepływowe z błoną polietersulfonową, sterylizowane promieniami Gamma, pozostałe parametry zgodne z siwz ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek