



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 25 maja 2010 r.

AZP.3320/ 33/ / 10

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów i części zamiennych do aparatury medycznej. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

**Pytanie:**

**Dotyczy zadania 17 – Laryngoskopy**

Czy Zamawiający wymaga laryngoskopów światłowodowych?

**Wyjaśnienie:**

Nie jest to warunek wymagany.

**Pytanie:**

**Dotyczy zadania 17 – Laryngoskopy**

Czy Zamawiający wymagając laryngoskopu dla dorosłych miał na myśli laryngoskop z kompletem łyżek w rozmiarach 2, 3, 4, 5, które przeznaczone są dla dorosłych, typu Macintosh?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga laryngoskopu z kompletem łyżek o rozmiarach 1, 2, 3, 4.

**Pytanie:**

**Dotyczy zadania 17 – Laryngoskopy**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że do kompletu łyżek dla dorosłych wymaga rękojeści średniej (standardowej, czyli na 2 baterie R14).

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga rękojeści standardowej.

**Pytanie:**

**Dotyczy zadania 17 – Laryngoskopy**

Prosimy o określenie szacunkowej ilości dostaw, jakie Zamawiający przewiduje do realizacji zamówień cząstkowych w odniesieniu do laryngoskopów. Pozwoli to na zoptymalizowanie kosztów dostaw, które muszą zostać uwzględnione w ofercie.

**Wyjaśnienie:**

Informujemy, że dostawy będą realizowane sukcesywnie, w okresie obowiązywania umowy, w miarę potrzeb zgłaszanych przez oddziały Szpitala.



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.p

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

Nordea Bank Polska S.A.  
O/Gdynia  
38 1440 1101 0000  
0000 1121 6037

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Wyjaśnienie treści SIWZ AZP.3320/33/10

**Pytanie:**

**Dotyczy zapisów przyszłej umowy.**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów umowy w §6 pkt 1 na zapis o brzmieniu:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części umowy.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

**Pytanie:**

**Dotyczy zadania 17 – Laryngoskopy**

Czy Zamawiający wymaga łyżek z wymiennym modułem światłowodu (wymiana bez użycia narzędzi)?

**Wyjaśnienie:**

Nie jest to warunek wymagany.

**Pytanie:**

**Dotyczy zadania 17 – Laryngoskopy**

Z ilu łyżek i w jakich rozmiarach składa się komplet?

**Wyjaśnienie:**

4 łyżki w rozmiarach 1, 2, 3, 4.

**Pytanie:**

**Dotyczy zadania 6**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z zadania nr 6 pozycji nr 1, 2, 3 oraz utworzenie z nich odrębnych pozycji.

**Wyjaśnienie:**

Nie, wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z-ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala  
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w  
Zamościu  
ds. Lecznictwa  
lek. med. Marek Lipiec