



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 26 maja 2010 r.

AZP.3320/ 33/ / 10

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów i części zamiennych do aparatury medycznej. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytania dotyczą zadania 17 – Laryngoskopy:

1. Jakich rozmiarów łyżek oczekuje Zamawiający, określając zestaw, jako komplet?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga laryngoskopu z kompletem łyżek o rozmiarach 1, 2, 3, 4.

2. Jakiego typu łyżek oczekuje Zamawiający (Miller, Macintosh, E-Macintosh)?

Wyjaśnienie:

Typu Macintosh.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby łyżki wykonane były z jednego elementu metalu?

Wyjaśnienie:

Nie.

4. Czy Zamawiający wymaga, aby rękojeść laryngoskopu zasilana była bateryjnie?

Wyjaśnienie:

Tak.

5. Czy Zamawiający wymaga, aby łyżki posiadają dożywotnią gwarancję?

Wyjaśnienie:

Nie.

6. Czy Zamawiający wymaga, aby laryngoskop był światłowodowy?

Wyjaśnienie:

Nie.

7. Czy Zamawiający wymaga, aby w laryngoskopie była użyta żarówka halogenowo – ksenonowa, która daje o 30% jaśniejsze światło niż inne żarówki halogenowe?

Wyjaśnienie:

Nie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Wyjaśnienie treści SIWZ AZP.3320/33/10



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

8. Czy Zamawiający wymaga, aby łopatki laryngoskopu nie były pokryte chromem co eliminuje powstanie reakcji alergicznej na ten metal?

Wyjaśnienie:

Nie.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w
Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec