



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 27 maja 2010 r.

AZP.3320/ 33/ / 10

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów i części zamiennych do aparatury medycznej. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytania dotyczące zapisów wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający dokona zmiany zapisów umowy w zakresie §4 umowy w postaci dodatkowego zapisu następującej treści: „*W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności należności w terminie, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki*”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

2. Czy Zamawiający dokona zmiany zapisów umowy w zakresie §5 umowy poprzez dodanie zapisu: „*W przypadku, gdy Zamawiający opóźni się z uregulowaniem płatności należnych z tyt. wystawionych z faktur za realizację przedmiotowego zamówienia powyżej 30 dni od ostatecznego terminu płatności, wykonawca ma prawo do przeniesienia tychże wierzytelności na osoby trzecie bez zgody zamawiającego*”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

3. Czy Zamawiający dokona zmiany ujętej w §6 ust. 1 umowy wysokości stawki kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części z 0,2% wartości opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki na 0,036% wartości opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki? Wskazana przez nas wysokość stawki byłaby zgodna z ustawowymi odsetkami, które wynoszą 13% w skali roku, natomiast wskazana przez Zamawiającego wysokość stawki w odniesieniu do skali rocznej wynosi 73%, czyli znacznie więcej niż obowiązujące odsetki ustawowe.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

4. Czy Zamawiający dokona zmiany zapisów umowy w zakresie §9 ust. 2 umowy w postaci zmiany zapisów następującej treści: „*W przypadku zmiany podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia cen brutto*” na zapis: „*W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT z wszelkimi konsekwencjami*”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Wyjaśnienie treści SIWZ AZP.3320/33/10



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

5. Prosimy o dopuszczenie na następujący zapis umowy w §3 pkt 2: „*Wymienione wyżej ceny netto nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do rozwiązania umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego*”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

6. Prosimy o dopuszczenie na następujący zapis umowy w §5: „*Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przelać na nią swych wierzitelności wynikających z umowy bez zgody Kupującego*”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

7. Dotyczy zapisu umowy §9 punkt „w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia cen brutto”. Prosimy o dopuszczenie na następujący zapis umowy w §9 w w/w punkcie: „*w przypadku zmiany stawki podatku VAT*”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytania dotyczące zadania 13:

1. Czy Zamawiający dopuści regulator z ciśnieniem 4 Ba?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści regulatora próżni z ciśnieniem 4 Ba, ponieważ regulator próżni reguluje podciśnienie, które podczas regulacji jest mierzone wakuometrem o skali od 0÷-0,1 Mpa.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało łatwą regulację siły ssania poprzez poręczny zawór umiejscowiony na szczycie regulatora?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga, aby regulator próżni posiadał zawór regulacji siły ssania w miejscu łatwo dostępnym umożliwiającą dokładną regulację podciśnienia. Zawór regulacyjny może być na szczycie regulatora lub w innym miejscu.

Pytanie dotyczące zadania 3 poz. 1 i poz. 2:

1. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie adaptera , łączącego kabel elektrody do narzędzi laparoskopowych marki Olympus z aparatem typu Erbe ICC 300?

Wyjaśnienie:

Tak.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek