

Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

Urządzenia emitujące ciepło.

| | |
|--|--------------|
| Generator fali uderzeniowej | 1 kW |
| Komputer (UIMS) PC + 2 monitory LCD | 0,542 kW |
| Aparat Rtg – TCA – monitor LCD | 3,5 kW |
| Ultrasonograf BK Pro Focus | 2 kW |
| Laser holmowy Omnipuls | 9,5 kW |
| Tor wizyjny z monitorem | 0,230 kW |
| Aparat pneumatyczny Calcusplit ze sprężarką | 0,240 kW |
| Aparat do litotrypsji EHL Calcutript | 0,240 kW |
| Aparat do litotrypsji ultradźwiękowej Calcuson | 0,140 kW |
| Diaternia | 0,300 kW |
| Aparat do znieczulenia ogólnego | 0,850 kW |
| Defibrylator | 0,250 kW |
| Aparat do Ekg | 0,280 kW |
| Uropompa | 0,50 kW |
| ŁĄCZNIE: | 20 kW |