

Formularz
„Zestawienie wymaganych parametrów technicznych pH - metru”

pH - metr – 1 szt.

Lp.	Parametr / warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1.	Aparat nowy 2010 rok produkcji, podać producenta i kraj pochodzenia	TAK	
2.	Zakres pomiarowy min. 0,1 – 9 pH	TAK	
3.	24 godzinny czas rejestracji i zapisu w pamięci	TAK	
4.	Liczba kanałów pomiarowych min. 2	TAK	
5.	Współpraca z cewnikami pH – metrycznymi: - Antymonowe jednokrotnego użytku, jedno i wielokanałowe - Antymonowe wielokrotnego użytku, jedno i wielokanałowe	TAK	
6.	Autotest uruchamiany po włączeniu aparatu	TAK	
7.	Zasilanie bateryjne	TAK	
8.	Możliwość rejestracji okresów zdarzeń (np. posiłek, pozycja leżąca)	TAK	
9.	Oprogramowanie do analizy refluksu	TAK	
10.	Generowanie raportów według konfiguracji standardowej	TAK	
11.	Generowanie raportów konfigurowanych przez użytkownika	TAK	
12.	Cewnik pH - metryczny, dla dorosłych wielokrotnego użytku, jednokanałowy – 2 szt. wraz z niezbędnymi elementami eksploatacyjnymi dla wykonania min. 10 badań	TAK	
13.	Możliwość rozbudowy o impedancję lub manometrię	TAK	
14.	Zestaw komputerowy: a) stacja robocza z systemem operacyjnym Windows i oprogramowaniem specjalistycznym - dysk twardy do przechowywania badań min. 160 GB; - archiwizacja pomiarów na dowolnych nośnikach zewnętrznych min. DVDR/RW b) monitor kolorowy LCD c) drukarka kolorowa umożliwiająca wydruk raportów	TAK	