

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 24 listopada 2010 r.

AZP.3320/ 53/ / 10

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamicznej. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 dopuści złożenie oferty ze stentami o RBP 14 ATM dla średnic 3,5 mm i długościach 8 mm, 14 mm, 18 mm, 24 mm i 28 mm, spełniający wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 dopuści złożenie oferty z cewnikami balonowymi o RBP = 12 ATM dla średnic 3,5 mm i 4 mm oraz RBP =14 ATM dla pozostałych średnic?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający dopuści stenty o ciśnieniu RBP = 16 bar (15,78 atm)?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający dopuści stenty o ciśnieniu nominalnym 8 bar dla średnic 2.0 – 2.5 oraz 10 bar dla średnic 2.75 – 5.0 mm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 8:

Czy Zamawiający dopuści stenty o ciśnieniu nominalnym 8 bar dla średnic 2.0 – 2.5 oraz 10 bar dla średnic 2.75 – 5.0 mm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 8:

Czy Zamawiający dopuści stenty o ciśnieniu RBP = 16 bar (15,78 atm)?



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 9:

Czy Zamawiający dopuści stenty posiadające ciśnienie nominalne 10 bar dla średnic 3.0 - 4.0 mm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 14:

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe posiadające ciśnienie RBP = 14 atm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 16:

Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy typu „scoring” posiadający średnice 2 – 3.5 mm, oparty na konstrukcji nitinolowego oplotu heliakalnie zamocowanego na cewniku balonowym o ciśnieniu nominalnym 8 atm i ciśnieniach RBP = 20 atm dla średnic 2.0 – 2.5, RBP = 18 atm dla średnicy 3.0 mm i RBP = 16 atm dla średnicy 3.5 mm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 17:

Czy Zamawiający dopuści średnicę balonu w zakresie 2.0 – 4.0 wzrastającą co 0.25 oraz średnicę balonu w zakresie 4.5 – 5.0 wzrastającą co 0.5, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie:

Czy 1 bar będzie traktowany jako 1 atm?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie:

Czy Zamawiający zwolni od dostarczenia próbek w przypadku gdy oferowany sprzęt jest dobrze znany Zamawiającemu?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie:

Czy startując w kilku pakietach z tym samym sprzętem można załączyć mniejszą ilość próbek do kilku pakietów (ile)?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie:

Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia próbek balonów do kontrapulsacji, które są dobrze znane Zamawiającemu z wcześniej wykonanych umów?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 6:

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentu na balonie o przepiężeniu w ramach RBP o 8%?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentów CoCr o zakresie długości od 10 do 38 mm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 11:

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentów DES o zakresie długości od 10 do 38 mm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 7 stenty na balonie kobaltowo – chromowe o nieznacznie zmienionych parametrach NP. 8 atm dla średnic 2,25 – 2,5 mm i NP. 10 atm dla średnic 2,75 – 4,0 mm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 14 cewniki balonowe o nieznacznie zmienionych parametrach RBP 14 atm dla wszystkich rozmiarów?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z utworzenia „Banku” w zadaniu 18?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wartości „Banku” do 10% w zadaniu 18?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie:

Prosimy o rezygnację z wymogu dostarczenia próbek w zadaniu 18 z uwagi na ich wysoki koszt.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §5 ust. 2 wzoru umowy na: „Wymienione

ceny netto nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego. Obniżenie ceny może nastąpić w każdym wypadku”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §8 ust. 1 wzoru umowy na: „w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego sprzętu będącego przedmiotem Banku za każdy dzień zwłoki”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §8 ust. 2 wzoru umowy na: „w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego sprzętu za każdy dzień zwłoki”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §11 ust. 2 wzoru umowy na: „Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany danych stron,
- w przypadku zmiany numerów katalogowych,
- w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej netto,
- w przypadku obniżenia ceny na dany przedmiot umowy bez względu na przyczynę takiej zmiany,
- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem umowy na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach w cenie jednostkowej (brutto) zaoferowanej w ofercie,
- w przypadku niezrealizowania umowy pod względem ilościowym, wydłużenie jej obowiązywania maksymalnie do sześciu miesięcy licząc od daty zakończenia jej obowiązywania”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 stenty do zmian w krętych naczyniach, punkt 3 ciśnienie nominalne większe lub równe 10 atm dla średnicy stentu 3,0 – 4,0 mm, dopuści oferowane przez naszą firmę stenty o ciśnieniu nominalnym 9 atm również dla średnicy stentu 3,0 – 4,0, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 stenty uwalniające leki do zmian prostych, punkt

długość w zakresie co najmniej 9 – 30 mm, dopuści oferowane przez naszą firmę stenty w rozmiarach 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 31 mm mieszczących się w zakresie 12 – 31 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek