



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 8 września 2010 r.

AZP.3320/ 57/ / 10

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę przyłóżkowych zestawów rtg w ramach projektu pt. „Podniesienie sprawności działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu – Etap I”. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

### Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści aby Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykazał się dostawą jakichkolwiek aparatów RTG o wartości co najmniej 135 000 zł.?

### Wyjaśnienie:

Informujemy, że zmianie ulega warunek udziału w postępowaniu dot. posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek podany w pkt. 2 na str. 5 SIWZ o treści: „2. - muszą wykazać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizację dwóch dostaw przyłóżkowych zestawów rtg o wartości dostaw nie mniejszej niż 135 000,00 zł. każda” po zmianie otrzymuje brzmienie: „2. - **muszą wykazać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizację dwóch dostaw aparatów rtg o wartości dostaw nie mniejszej niż 135 000,00 zł. każda**”.

W związku z powyższym ulega również zmianie zapis dot. dokumentów wymaganych celem potwierdzenia spełniania warunku określonego w punkcie II. 2 i otrzymuje brzmienie: „**Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga udokumentowania realizacji dwóch dostaw aparatów rtg o wartości dostaw nie mniejszej niż 135 000,00 zł. każda**”.

Projekt Podniesienie sprawności działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu  
Etap I współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Nordea Bank Polska S.A.  
O/Gdynia  
38 1440 1101 0000  
0000 1121 6037

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Wyjaśnienie treści SIWZ AZP.3320/57/10

**Pytanie:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rezygnację z konieczności przeszkolenia służb Szpitala w zakresie związanym z pełnym serwisowaniem oraz przeglądami okresowymi. Należy zwrócić uwagę, że wszelkie naprawy czy przeglądy okresowe, powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Natomiast w trakcie instalacji aparatu pracownik serwisu może przeszkolić służby szpitalne z obsługi aparatu oraz reagowania na sytuacje awaryjne jak również przekazać im podstawowe informacje o konserwacji aparatu.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie dot. postanowień SIWZ w zakresie rozdziału II Warunki udziału w postępowaniu, pkt Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, oraz informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta, pkt 3 tiret 5:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów w/w pkt z „liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe” na „Liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu/ podzespołu uprawniających do wymiany elementu/ podzespołu na nowy”. W przypadku przychylenia się do prośby prosimy również o zmianę zapisów §9 ust. 5 wzoru umowy.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że pkt 3 tiret 5 wykazu dokumentów potwierdzających, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego oraz informacji i oświadczeń, które musi zawierać oferta (str. 8 SIWZ) ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: „**Liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu/ podzespołu uprawniających do wymiany urządzenie na nowe**”.

Treść §9 ust. 5 wzoru umowy ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: „**Sprzedający wymieni na nowe urządzenie, którego element/ podzespół był poddany .... naprawom gwarancyjnym**”.

Jednocześnie informujemy o zmianie terminu otwarcia i składania ofert oraz wniesienia wadium:

- Nowy termin składania ofert to: **14 września 2010 r. godz. 12:00.**
- Nowy termin wniesienia wadium to: **14 września 2010 r. godz. 12:00.**
- Nowy termin otwarcia ofert to: **14 września 2010 r. godz. 13:00.**

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek