



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



TUV Rheinland InterCert



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Nordea Bank Polska S.A.  
O/Gdynia  
38 1440 1101 0000  
0000 1121 6037

Zamość dnia 01 grudnia 2010 r.

AZP.3320/58/ /10

-----  
-----  
-----

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:

1. Pakiet nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który wymaga jedynie chwilowego wstrzymania pipetowania próbek badanych w celu załadowania kolejnych próbek ? Oferowany analizator nie przerywa wykonywania analiz, jedynie wstrzymuje pipetowanie próbek.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ, parametry graniczne analizatorów nie ulegają zmianie i są wiążące.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do CK-MB, kalibratora do CK-MB i kontroli spoza oferty Wykonawcy ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Oferowane odczynniki, kalibratory, kontrole muszą stanowić jednolity system analityczny i być dedykowane do oferowanego analizatora.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Lek. med. Andrzej Mielcarek