



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 8 września 2010 r.

AZP.3320/ 59/ / 10

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę rhinomanometru z zestawem komputerowym, laryngofiberoskopu i lasera laryngologicznego. Poniżej podajemy treść pytania i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 2 - Laryngofiberoskop:

Czy Zamawiający dopuści Laryngofiberoskop o następujących parametrach:

- średnica zewnętrzna sondy 4,3 mm,
 - kanał roboczy 1,4 mm,
- oraz o pozostałych parametrach lepszych niż określił zamawiający tj.
- pole widzenia 85°,
 - głębia ostrości 3 ~ nieskończoność,
 - wygięcie końcówki w górę/ dół 160°?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037