



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 12 lipca 2010 r.

AZP.3320/ 6/ 06745 / 10

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu pt. „Podniesienie sprawności działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu – Etap I”**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:

Pytanie:

Czy Zamawiający wyodrębni z zadania nr 1 „aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta” i „materac pediatryczny do ogrzewania pacjenta”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie:

Uprzejmie proszę o wydzielenie z zadania nr 1 aparatu do powierzchniowego ogrzewania pacjenta i utworzenie odrębnego zadania bądź dopuszczenie możliwości składania ofert na poszczególne urządzenia – pozycje w zadaniach.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie:

Uprzejmie proszę o wydzielenie z zadania nr 1 materaca do ogrzewania pacjenta i utworzenie odrębnego zadania bądź dopuszczenie możliwości składania ofert na poszczególne urządzenia – pozycje w zadaniach.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie:

Czy w zadaniu nr 1 dot. Sprzęt drobny – poz. 4 - materac pediatryczny do ogrzewania pacjentów wymagacie Państwo urządzenia składającego się z: panelu sterującego, płyty grzewczej oraz materaca żelowego o wskazanych parametrach:

Projekt Podniesienie sprawności działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu
Etap I współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.p

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

Panel sterujący:

- zakres temperatury: od 33°C do 39°C co 1°C
- długość 26 cm, szerokość 16 cm, wysokość 12 cm, waga 6 kg
- ciągły sposób użytkowania
- zabezpieczenie przed działaniem defibrylatorów i urządzeń do diatermii

Płyta grzewcza:

- wymiary i waga: 104 x 45 cm, 3,0 kg
- wymaga dwóch materacy żelowych każdy z nich o wymiarach: 45 x 50 cm, wysokość 1,2 cm, 3,5 kg.

Płyty grzewcze nie zaburzają pracy EKG ani innego sprzętu, przezroczyste dla promieni RTG.

Płyty grzewcze z możliwością czyszczenia wszystkimi zwykłymi środkami do dezynfekcji powierzchni.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie:

Prosimy o dopuszczenie urządzenia do powierzchniowego ogrzewania pacjenta o wskazanych poniżej parametrach:

| Lp. | Parametry techniczne |
|-----|--|
| 1. | Miękki, bezuciskowy jednorazowy materac o właściwościach przeciwoleżynowych ogrzewający gorącym powietrzem. |
| 2. | Przeznaczony do stosowania przed zabiegiem, w trakcie i po zabiegu operacyjnym, posiadający pasy umożliwiające mocowanie do stołu. |
| 3. | Posiada ręczny kontroler, na którym wyświetlana jest temperatura i ciśnienie w materacu. |
| 4. | Alarm dźwiękowy i wizualny przy wyborze temperatury powyżej 38°C lub poniżej 35°C |
| 5. | Jednostka główna podłączona poprzez podłączenie przewodów powietrznych do otworów w obrębie materaca, dodatkowo mocowane za pomocą rzepów. |
| 6. | Możliwy wybór temperatury z przedziału pomiędzy +20°C (bez aktywnego ogrzewania) a +42°C. Można zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę co 1°C. |
| 7. | Możliwość regulacji ciśnienia/ twardości materaca od wartości początkowej 30 mb do max 60 mb. |
| 8. | Limity wagowe: zalecana dolna granica wagi ciała: 10 kg, górna granica: 130 kg, z możliwością uniesienia ciężaru do 200 kg. |
| 9. | Licznik czasu pracy urządzenia. |

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek