



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 14 lipca 2010 r.

AZP.3320/ 6/ 06843 / 10

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu pt. „Podniesienie sprawności działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu – Etap I”**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii bez sygnalizacji włączenia do sieci?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii, którego 4-sekcyjne leże oparte jest na stabilnej i nowoczesnej konstrukcji, podpierającej leże w 4 punktach, dając maksymalną stabilność przy reanimacji, pozwalające na dostęp ramienia C od strony głowy, klatki piersiowej oraz miednicy pacjenta, a przede wszystkim pozwalające na tańszą eksploatację pogwarancyjną łóżka niż w przypadku kolumn cylindrycznych?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii z regulacją wysokości w zakresie 430 – 810 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii, które posiada bezpieczne obciążenie robocze na poziomie min. 175 kg? Jest to parametr zgodny z obowiązującymi Normami Europejskimi, które wskazują, iż łóżka wielofunkcyjne przeznaczone do procedur i praktyk medycznych powinny posiadać dopuszczalne obciążenie robocze minimum 175 kg.

Projekt Podniesienie sprawności działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu
Etap I współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne elektryczne z regulacją wysokości w zakresie 400 – 800 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Wyjaśnienie:

Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne elektryczne z barierkami bocznymi odchylanymi?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy na stópkach?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z regulacją wysokości w zakresie 760 – 1060 mm?

Wyjaśnienie:

Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z pozycją anty – Trendelenburga 10°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie:

Co Zamawiający rozumie przez zapis „zewnątrzne elementy blatu”?

Wyjaśnienie:

Zewnętrzne elementy blatu tj. dostępne dla użytkownika podczas czyszczenia i dezynfekcji.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy bez możliwości wykonywania zdjęć rtg?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie:

Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu wózek anestetyczny?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 3 – Pompa infuzyjna:

Czy w związku z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pacjenta, związanego z podażą leków, oraz optymalizacją obsługi Zamawiający wymaga

przynajmniej 12 stopniowego programowania poziomu ciśnienia okluzji?

Wyjaśnienie:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 3 – Pompa infuzyjna:

Czy w związku z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy z pompami strzykawkowymi Zamawiający wymaga aby dostarczone pompy charakteryzowały się min. klasą II ochrony przed porażeniem elektrycznym?

Wyjaśnienie:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 3 – Pompa infuzyjna:

Czy w związku z wysokim ryzykiem zalania pomp, związanym z bezpośrednim kontaktem pomp z lekami w postaciach płynnych umieszczanych w strzykawkach pracujących w wymaganych pompach, Zamawiający wymaga aby zaoferowane pompy miały obudowę bryzgoszczelną na min. poziomie IP22 zapewniającym wodoodporność na krople wody padające pod kątem nie większym niż 15°?

Wyjaśnienie:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 4 – Pompa infuzyjna przepływowa:

Czy w związku z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pacjenta, związanego z podażą leków, oraz optymalizacją obsługi Zamawiający wymaga przynajmniej 12 stopniowego programowania poziomu ciśnienia okluzji?

Wyjaśnienie:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 4 – Pompa infuzyjna przepływowa:

Czy w związku z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy z pompami objętościowymi Zamawiający wymaga aby dostarczone pompy charakteryzowały się min. klasą II ochrony przed porażeniem elektrycznym?

Wyjaśnienie:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 4 – Pompa infuzyjna przepływowa:

Czy w związku z wysokim ryzykiem zalania pomp, związanym z bezpośrednim kontaktem pomp z lekami w postaciach płynnych umieszczanych w strzykawkach pracujących w wymaganych pompach, Zamawiający wymaga aby zaoferowane pompy miały obudowę bryzgoszczelną na min. poziomie IP22 zapewniającym wodoodporność na krople wody padające pod kątem nie większym niż 15°?

Wyjaśnienie:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek