



Zamość, dnia 15 lipca 2010 r.



AZP.3320/ 6/ 06857 / 10

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu pt. „Podniesienie sprawności działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu – Etap I”. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:



Pytanie:

Czy Zamawiający przychyli się do prośby oferenta i wydłuży termin realizacji zamówienia do 12 tygodni jeżeli nie, to na jakie wydłużenie terminu realizacji może liczyć Zamawiający?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wydłuży terminu realizacji zamówienia.



Pytanie dot. zadania 2 Łóżko do intensywnej terapii pkt 19:

Czy Zamawiający dopuści łóżko od intensywnej terapii w którym unieruchomienie funkcji odbywa się poprzez przełączenie pokręta na centralnym panelu sterującym?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 2 Łóżko szpitalne elektryczne pkt 14:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne elektryczne nie wyposażone w półkę na pościel?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 2 Łóżko szpitalne elektryczne pkt 21:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne elektryczne nie wyposażone w uchwyt kaczki?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 4 Respirator stacjonarny pkt 5:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator, w którym nastawy i pomiary parametrów dokonywane są na dowolnie wybranym z dwóch dotykowych ekranów, jednym wbudowanym w urządzenie i drugim 15” regulowanym w 3 płaszczyznach oraz na panelu sterowania umiejscowionym pod jednym z ekranów?

Wyjaśnienie:

Nie.

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Projekt Podniesienie sprawności działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu
Etap I współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

Pytanie dot. zadania 4 Respirator stacjonarny pkt 15:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator ze zautomatyzowanymi ustawieniami parametrów wentylacji w zależności od aktualnych ustawień dla danego pacjenta przy wentylacji bezdechu?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 4 Respirator stacjonarny pkt 48:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez alarmu niskiej objętości wydechowej? Nie jest to alarm istotny gdy respirator posiada alarmy wysokiego i niskiego ciśnienia, wysokiej i niskiej objętości minutowej, bezdechu, rozłączenia układu oddechowego, wysokiej częstości oddechów.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 4 Respirator stacjonarny pkt 51:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator, w którym funkcja autotestu przeprowadzana jest na żądanie? Rozwiązanie skraca czas uruchomienia wentylacji w sytuacjach alarmowych.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 4 Respirator transportowy pkt 14:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator transportowy bez możliwości zamontowania zastawki PEEP/CPAP ponieważ urządzenie posiada regulowany tryb CPAP/PEEP, który pozwala na dostarczenie przez respirator ustawionych wartości pacjentowi bez konieczności stosowania zewnętrznej zastawki PEEP?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 4 Przenośny zestaw resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym pkt 2:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu zestaw z respiratorem transportowym, w którym monitor wentylacji zastąpiony jest analogowymi wskaźnikami oddechu?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 4 Przenośny zestaw resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym pkt 2:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu zestaw respirator transportowy m.in. przystosowany do pracy w środowisku MRI o wadze 3 kg?

Wyjaśnienie:

Tak.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek